



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. / N° D'APPROBATION

S.WA-982 Rev. 2 Add 1

JAN 12 1987

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:

Burton Manufacturing Company
508 North Mead Street
St. Johns, Michigan
USA 48879

ADD under "Summary Description":

Model numbers with suffix "S"
indicate that the pipe levers have been
changed from 2½" to 3" with wall
thickness of .300.

AJOUTER sous la "Description Sommaire":

Les numéros de modèle avec suffixe
"S" indiquent que les leviers
tubulaires ont été changés de 2½" à 3"
ayant une épaisseur de .300.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE/Dossier: O6922-B447
PROJECT/Projet: AP-ML-86-0137