



Ottawa

DEC 10 1982

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

This supersedes record of approval action S.WA-1018 Rev. 5. First approved on July 28, 1977.

Le présent avis d'approbation remplace l'avis S.WA-1018 Rev. 5. Approbation initiale le 28 juillet 1977.

Company: Hobart Manufacturing Co. Ltd.,
190 Rainside Road
Don Mills, Ontario
M3B 1B1

Société: Hobart Manufacturing Co. Ltd.,
190 Rainside Road
Don Mills, Ontario
M3B 1B1

Manufacturer: Hobart Mfg., Co. Ltd.,

Fabricant: Hobart Manufacturing Co. Ltd.

Type of Device: Stand alone scale with remote digital display, may be installed with compatible electronic cash register (ECR).

Appareil: Balance autonome comportant un téléindicateur numérique pouvant être installé avec une caisse enregistreuse électronique (CEE) compatible.

MODEL NUMBER
No. de modèle

1500R

CAPACITY
Capacité

25 lb. x .01 lb.
OR/ou
10 kg. x .005 kg.

Accessories:

- (1) Remote digital weight display.
- (2) Approved, compatible cash register as per list on addendum to this S.WA.

Accessoires:

- (1) Téléindicateur de poids numérique.
- (2) Caisse enregistreuse compatible et approuvée dont le numéro figure dans l'addendum du présent avis.

Special Conditions:

- (1) The weight display must be easily visible to both operator and customer from the normal position of "trading". In no instance should the weight display be greater than 45° from the customer's normal line of sight and the weight display must be locked in position.

Conditions particulières:

- (1) Le dispositif d'affichage du poids doit être facilement visible par le préposé et le client, dans la position normale. Le dispositif ne doit en aucun cas être situé à un angle de plus de 45° par rapport à la ligne de vision normale du client et il doit être fixé dans cette position.

- 2 -

Special Conditions: Continued

(2) When installed the remote digital indicator unit must not be located more than 2 metres from the weighing unit.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.


Reference No.: G6922-H184

Conditions particulières: Suite

(2) Le téléindicateur à affichage numérique ne doit pas être installé à plus de 2 mètres de la balance.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-H184



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

DEC 10 1982

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale