



FORMULE D'ENREGISTREMENT DE L'APPROBATION

Numéro d'enregistrement d'approbation-

S.WA-1075

(Délivré avant la rédaction du projet d'enregistrement d'approbation,
seulement dans les cas d'approbation temporaire)

Ottawa, le 8 juin 1978

Demandeur (nom de la société) - Canadian Weigh Systems Ltd.

1222 Fewster Drive, UNIT 8
Mississauga, Ontario L4W 1A1

Type d'instrument -

Bascule à tablier surbaissée, sans fosse, comprenant
4 extensomètres B.L.H. travaillant en flexion et
un indicateur numérique, modèle 6000, fabriqué
par Analogic Corporation pour Canadian Weigh
Systems semblable à l'indicateur Analogic,
modèle AN 5325.

Numéro de modèle

Dimensions du tablier

Capacité

7700/6000

48" x 48"

10000 lb ou

7701/6000

48" x 72"

10000 lb

7702/6000

48" x 72"

20000 lb

7703/6000

60" x 84"

10000 lb l'équivalent

7704/6000

60" x 84"

20000 métrique ou
les deux

Options: Roulette de tarage, Tarage à bouton-poussoir, Détecteur
de mouvement, Sortie d'imprimante et D.C.B.,
Commutateur de conversion lb/kg
Dispositif de remise à zéro à bouton-poussoir
Imprimante compatible
Téléindicateur

Conditions: Lorsque le socle de la bascule est installé
sur le sol, il doit y être fixé solidement.
Le téléindicateur et l'imprimante de poids
doivent satisfaire à toutes les exigences de
la Loi et du Règlement sur les poids et mesures.

No. du dossier -

G6900-CL209

John Armstrong
John Armstrong
Chef, Poids et mesures
Direction de la Métrologie
légale.

REMARQUE: Classifier la formule d'enregistrement de l'approbation avec les
avis d'enregistrement d'approbation lorsque le numéro d'enregistrement
est délivré avant la rédaction de l'avis; classer d'après le numéro
du fichier central dans les cas où le numéro d'enregistrement n'est pas
attribué. Enlever la formule d'enregistrement du livre d'enregistrement
d'approbation lorsque la société est avisée d'un rejet ou lorsque l'avis
spécial d'enregistrement d'approbation ou son projet est classé avec
les avis; remplacer les projets d'avis d'enregistrement d'approbation
avec les avis imprimés, lorsqu'il y a lieu.



Consumer and
Corporate Affairs

Consommation et
corporations

Standards

Normes

RECORD OF APPROVAL ACTION

Approval Listing Number -

(Issued in advance of preparation of draft Approval Listing only
in case of Interim Approval).

Ottawa, _____

Company Requesting Approval -

Type of Device

File No.

.....
John Armstrong
Chief
Weights and Measures Division
Legal Metrology Branch

Note: File Record of Approval Action with Approval Listing notices when
Approval Listing number is assigned in advance of preparation of notice; file at
back of book by Central File No. when Approval Listing number is not assigned.

Remove Record of Approval Action from Approval Listing Book when the company is
notified of rejection, or when Special Approval Listing notice or draft of
Approval Listing notice is filed with notices; replace draft of Approval Listing
notice with printed notice when available.