



FORMULE D'ENREGISTREMENT DE L'APPROBATION

Numéro d'enregistrement d'approbation-

S.WA 1127

(Délivré avant la rédaction du projet d'enregistrement d'approbation,  
seulement dans les cas d'approbation temporaire)

le 16 mars 1979

Ottawa, \_\_\_\_\_

Demandeur (nom de la société)- Eastern Scale Magnatech Ltd.  
30 Carnforth Road, Toronto, Ont. M4A 2K9

Type d'instrument - Bascule à tablier surbaissée entièrement  
électronique Martin Decker destinée à être utilisée avec  
l'indicateur analogique No. 5325 ou 5322. Les dimensions de la  
présente bascule à tablier doivent être conformes au dessin  
DC 91274 de Martin Decker.

Ces bascules utilisent 4 extensomètres à fléau travaillant en  
cisaillement montés sur des supports installés à chaque coin  
d'un châssis séparé de la bascule. Un petit câble flexible relie  
le tablier de la bascule à l'extensomètre. Chaque support d'exten-  
somètre comporte des boulons de butée qui limitent le mouvement  
latéral et longitudinal du tablier. Une boîte de reaccordement  
simple munie d'un couvercle déposable est installée sur le châssis  
à des fins d'équilibrage et d'étalonnage initial des extensomètres.

Les extensomètres Martin Decker ou Transducer Inc. peuvent être  
utilisés sur ces bascules. (voir page 2)

No. du dossier - G6922-E82-10

John Armstrong  
Chef, Poids et mesures  
Direction de la Métrologie  
légale.

REMARQUE: Classifier la formule d'enregistrement de l'approbation avec les  
avis d'enregistrement d'approbation lorsque le numéro d'enregistrement  
est délivré avant la rédaction de l'avis; classer d'après le numéro  
du fichier central dans les cas où le numéro d'enregistrement n'est pas  
attribué. Enlever la formule d'enregistrement du livre d'enregistrement  
d'approbation lorsque la société est avisée d'un rejet ou lorsque l'avis  
spécial d'enregistrement d'approbation ou son projet est classé avec  
les avis; remplacer les projets d'avis d'enregistrement d'approbation  
avec les avis imprimés, lorsqu'il y a lieu.



Désignation du modèle

NUMÉRO DE MODÈLE	CAPACITÉ EN LIVRES	LARGEUR HORS-TOUT	LONGUEUR HORS-TOUT
DC-1W-LP	5000	44.25	36
DC-2W-LP	5000	50.25	42
DC-3W-LP	5000	62.25	54
DC-4W-LP	10 000	62.25	54
DC-5W-LP	5000	74.25	66
DC-6W-LP	10 000	74.25	60
DC-7W-LP	15 000	74.25	67
DC-8W-LP	10 000	86.25	78
DC-9W-LP	15 000	86.25	79
DC-10W-LP	10 000	62.25	66
DC-11W-LP	10 000	62.25	78
DC-12W-LP	15 000	62.25	79
DC-13-LP	10 000	74.25	78
DC-14-LP	15 000	74.25	79
DC-15-LP	10 000	74.25	90
DC-16-LP	20 000	74.25	92
DC-17-LP	10 000	86.25	90
DC-18-LP	20 000	86.25	92
DC-19-LP	10 000	86.25	102
DC-20-LP	20 000	86.25	104
DC-21-LP	10 000	86.25	114
DC-22-LP	20 000	86.25	116

Conditions d'utilisation: 1. Tous les tabliers doivent être de niveau  
et fixés au sol de façon permanente.

