



Consumer and
Corporate Affairs
Canada

Consommation
et Corporations
Canada

Legal Metrology

Métrieologie Léegale

S.WA-1151 Rev. 1

Approval No. d'approbation

Ottawa

NOV 4 1982

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

THIS NOTICE OF APPROVAL SUPERSEDES NOTICE OF APPROVAL S.WA-1151 DATED July 3, 1981. First approved on January 14, 1980.

LE PRESENT AVIS D'APPROBATION REMPLACE L'AVIS S.WA-1151 EN DATE DU 3 juillet 1981. Approbation initiale le 14 janvier 1980.

Company: Tokyo Electric Canada Ltd.,
9 Meteor Drive
Rexdale, Ontario

Société: Tokyo Electric Canada Ltd.,
9 Meteor Drive
Rexdale, Ontario

Manufacturer: Tokyo Electric Co. Ltd.,
1-14-10 Uchikanda
Chiyoda-Ku, Tokyo Japan

Fabricant: Tokyo Electric Co. Ltd.,
1-14-10 Uchikanda
Chiyoda-Ku, Tokyo Japan

MODEL NUMBER
No. de modèle

CAPACITY
Capacité

LOAD CELL
Dynamomètres

SL 41-30
SL 42-15

30 lb x .01 lb.
15 kg x .005 kg.

Aluminum/aluminium

Description: These are fully electronic checkstand scales, with a pod mounted weight display.

Description: Il s'agit de balances de comptoir entièrement électroniques munies d'un indicateur pondéral monté sur tube.

The construction, circuits and load cell are the same as those in the stand alone scale models SL41-30WK and SL42-15WK approved on S.WA-1149 with the exception that this scale is fitted with an interface board to make it compatible with an Electronic Cash Register. When interfaced to a TEC ECR the suffix NF is added to the scale model number, i.e. SL31-30NF, when interfaced to a NCR ECR, model number is shown as SL41-30NH.

La construction, les circuits et le dynamomètre de la présente balance sont identiques aux balances autonomes SL41-30 WK et SL42-15 WK approuvées en vertu de l'avis S.WA-1149. Toutefois, le présent appareil est équipé d'un tableau d'interface qui lui permet d'être relié à une caisse enregistreuse électronique. Les suffixes NF et NH accompagnant le numéro de modèle des balances indiquent que ces dernières sont reliées respectivement à une caisse enregistreuse TEC/ECR (SL41-30 NF) ou ECR/NCR (SL41-30 NH).

- 2 -

Accessories: The following is a list of electronic cash registers which are specially approved for installation with the TEC models SL41-30 and SL42-15 scales:

<u>MANUFACTURER</u> <u>Fabricant</u>	<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>
TEC	MA 700
TEC	MA 190-40
TEC	MA 190-30
NCR	2135
NCR	2552
NCR	255
NCR	2140
TEC	M2300

Testing: The weight display can be verified with the OFF/ON switch. When switched ON, the display will cycle through the display indicators from 1 to 0 and the zero indication light will light.

The model MA-190-30 ECR display can be checked by keying in 8's.


Special Conditions: The devices are exempt from SGMI/12.

Accessoires: Les caisses enregistreuses électroniques suivantes ont reçu une approbation particulière selon laquelle elles peuvent être installées conjointement avec les balances TEC SL41-30 et SL42-15:

Mise à l'essai: L'indicateur pondéral peut être vérifié à l'aide de l'interrupteur "marche/arrêt" (ON/OFF). Lorsque le dispositif d'affichage est actionné (marche), les chiffres passeront de 1 à 0 sur les indicateurs et la lumière du zéro s'allumera.

On peut vérifier l'affichage de la CEE TEC MA-190-30 en faisant apparaître des "8".

Conditions particulières: Les appareils sont exemptés de la prescription ministérielle SGMI/12.



Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6922-T280

No. de référence: G6922-T280


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

NOV 4 1982

Chief
Laboratoires de la Métrologie légale

