



Consumer and
Corporate Affairs

Consommation et
corporations

Legal Metrology

Méetrologie Légale

SHORT VERSION - Version abrégée

S.WA-1173

Approval No. d'approbation

Ottawa, le 6 mai 1980

NOTICE OF APPROVAL - AVIS D'APPROBATION

Balance de table Allegany - Modèle LCS-60A

Fabricant: Allegany Technology Inc.,
143 East Offutt Street
Cumberland, Maryland
U.S.A. 21502

Appareil: Balance de table LCS-60A (Dynamomètre AL modèle 301)

Capacité: 60 x .02 lb.

Utilisation: Industrielle

Description: La balance de table LCS est un détecteur de poids à un seul dynamomètre monté sur un socle coulé comportant quatre pieds de nivellement verrouillables. Un support en aluminium marchand est fixé sur la partie supérieure du dynamomètre et supporte un plateau en acier inoxydable de 12" x 14".

Le dynamomètre est protégé contre les surcharges par une butée réglable sur le bas du dynamomètre et quatre autres entre le cadre de la balance et le support de charge.

La présente balance peut être reliée à un processeur pondéral de la série MP4.

Conditions particulières: Le dispositif de plombage n'est pas tenu de permettre un accès facile aux autres composants et aux dispositifs de réglage conformément à la prescription SGM3/10.

.../2





FIGURE 1 - Balance de table LCS-60A

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures, S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de Référence: G6922-A131



John Armstrong, Chef
Division des poids et mesures
Direction de la Métrologie légale