



OCT - 3 1984

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

THIS ADDENDUM IS TO BE READ IN
CONJUNCTION WITH NOTICE OF TEMPORARY
APPROVAL S.WA-T2069 DATED October 20,
1983.

SMITH MINILOAD SYSTEM

Company: Liquidex Equipment Pacific
Inc.
1853 Welch St.
North Vancouver, B.C.
V7P 1B7

Manufacturer: Smith Meter Division
1602 Wagner Avenue
Box 10428
Erie, Pennsylvania
USA 16514

Specifications for Installation and Use:
Special Conditions should read:

The Miniload system and other mechanical
register/printer combined to the General
Atomic Computer will print by 10 litres
(decalitres). Only one system will be
installed.

The Veeder-Root mechanical printers are
to be used on the system only as an
emergency back-up unit, i.e. when the
General Atomic computer system is not
functioning and are to be marked
"EMERGENCY USE ONLY".

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

CET AJOU DOIT ÊTRE LU CONJOINTEMENT AVEC
L'AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE
S.WA-T2069 EN DATE DU 20 octobre 1983.

ENSEMBLE MINILOAD DE SMITH

Société: Liquidex Equipment Pacific
Inc.
1853 Welch St.
North Vancouver, B.C.
V7P 1B7

Fabricant: Smith Meter Division
1602 Wagner Avenue
Box 10428
Erie, Pennsylvania
USA 16514

Spécifications pour l'utilisation et
l'installation: Les conditions
particulières doivent être lues comme
suit:

L'ensemble Miniload et les autres
enregistreurs/imprimantes mécaniques
reliés au système informatique General
Atomic, l'imprimante fournit les données
par tranches de 10 litres (décalitres).
Seulement un ensemble sera installé.

Les imprimantes mécaniques Veeder-Root
ajoutées à l'ensemble ne doivent servir
qu'en cas d'urgence, soit lorsque le
système informatique General Atomic est
en panne. La mention "N'UTILISER QU'EN
CAS D'URGENCE" doit être inscrite.

W.R. Virtue

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

Chief
Legal Metrology Laboratories

OCT - 3 1984