



Ottawa March 31, 1981
le 31 mars 1981

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

This Notice of Approval Supersedes S.WA-T109 issued November 17, 1978

Le présent avis remplace l'avis S.WA-T109 en date du 17 novembre 1978

Company: Allegany Technology Inc.
143 Offutt Street
Cumberland, Maryland
U.S.A. 21502

Société: Allegany Technology Inc.
143 Offutt Street
Cumberland, Maryland
U.S.A. 21502

Manufacturer: Allegany Technology Inc.

Fabricant: Allegany Technology Inc.

Type of Device: Electronic Crane Scale.

Appareil: Bascule de grues électroniques.

MODEL NUMBERS
No. de modèles

CAPACITY*
Capacité*

LOAD CELL TYPE
Type de dynamomètre

CS-10k	10 000 lb
CS-20k	20 000 "
CS-30k	30 000 "
CS-40k	40 000 "
CS-50k	50 000 "
CS-60k	60 000 "
CS-80k	80 000 "
CS-100k	100 000 "

Model 301 Tension Cell/Modèle 301 dynamomètre de traction
"
"
"
"
"
"

*ou l'équivalent métrique
*or metric equivalent

Approved Accessories: This device may be used with any approved compatible accessory.


Accessoires Approuvés: Cet appareil peut être utilisé avec n'importe quel accessoire compatible approuvé.

Application: The weighing of merchandise in industrial trade.

Utilisation: Pesage des marchandises dans le domaine industriel.

Description: This device consists of a model 301 load cell which is connected to specially designed swivels within a shroud or housing. The load cell is connected through a signal cable to an MP-4/I to V weight processor (S.WA-1165).

Description: Cette bascule électronique à grue est constituée d'un dynamomètre de modèle 301 qui est situé à des articulations de conception particulière à l'intérieur d'un blindage ou d'un boîtier. Le dynamomètre est raccordé à un processeur pondéral MP-4/I à V (S.WA-1165) par un câble de signalisation.




Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights & Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6922-A131

No. de référence: G6922-A131


Mr. Robert Bruce
Acting Chief/Chef intérimaire
Legal Metrology Branch/Direction de la Métrologie légale
Weights and Measures Division/Division des poids et mesures