



Ottawa

AUG - 5 1982

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

THIS NOTICE OF APPROVAL SUPERSEDES NOTICE OF APPROVAL S.WA-3055 DATED OCTOBER 27, 1981 AND NOTICES OF TEMPORARY APPROVAL S.WA-T181 DATED FEBRUARY 4, 1981.

LA PRÉSENTE AVIS D'APPROBATION REMPLACE L'AVIS D'APPROBATION S.WA-3055 DATÉ 27 OCTOBRE 1980 ET L'AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE S.WA-T181 DATÉ 4 FÉVRIER 1981.

Company: Superior Scale Co., Ltd.,
179 Eagle Drive
Winnipeg, Manitoba

Société: Superior Scale Co. Ltd.,
179 Eagle Drive
Winnipeg, Manitoba

Manufacturer: Superior Scale Co. Ltd.

Fabricant: Superior Scale Co. Ltd.

Type of Device: Full electronic motor truck scale.

Type d'appareil: Pont-basculer routier entièrement électronique.

<u>MODEL NO.</u> <u>No. de modèle</u>	<u>SIZE</u> <u>dimen-</u> <u>sions</u>	<u>RATED*</u> <u>CAPACITY</u> <u>(TONNES)</u> <u>Portée</u> <u>nominale</u> <u>(tonnes)</u>	<u>NO.</u> <u>OF/de</u> <u>SECTIONS</u>	<u>SECT. CAP.</u> <u>Cap./sect.</u> <u>TONS/tonnes</u>	<u>LOAD CELL RATING</u> <u>Cap. du dynamomètre</u> <u>(kilograms)</u>
SSE10-8-24-2	10x8	24	2	18	10,000
SSE40-14-24-2	40x14	24	2	18	10,000
SSE50-10-80-3	50x10	80	3	60	35,000
SSE70-10-80-3	70x10	80	3	60	35,000

*or avoirdupois equivalent

*ou l'équivalent en avoirdupois

Approved Accessories: These devices may be used with any approved compatible accessory.

Accessoires approuvés: Ces appareils peuvent être utilisés avec tout accessoire approuvé et compatible.

Condition of approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations, C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference NO.: G6922-S1024

No. de référence: G6922-S1024

W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la Métrieologie légale