



Ottawa , November 13, 1981  
Novembre 13, 1981

**NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION**

This Notice of Approval supersedes S.WA-TI58 issued October 6, 1980.

Le présent avis d'approbation remplace l'avis S.WA-TI58 en date du 6 octobre 1980.

Company: Howe-Richardson Scale Co. of Canada Limited  
217, Brunswick Blvd.  
Pointe Claire, Quebec

Société: Howe-Richardson Scale Co. of Canada Limited  
217, boul. Brunswick  
Pointe Claire (Québec)

Manufacturer: Howe-Richardson Scale Co. of Canada Ltd.

Fabricant: Howe-Richardson Scale Co. of Canada Ltd.

Model No.  
No de modèles

Capacity  
Capacité

Platform Size  
Dimensions du  
tablier

Load Cell(s)  
Dynamomètres

2003  
10,000 lbs or  
metric equivalent  
10,000 lb ou  
l'équivalent  
métrique

6' x 4'

4 Hottinger Baldwin  
Measurement Inc.

2004  
20,000 lbs or  
metric equivalent  
20,000 lb ou  
l'équivalent  
métrique

7' x 5'

Approved Accessories: This device may be used with any approved compatible accessory.

Accessoires approuvés: Cet appareil peut être utilisé avec n'importe quel accessoire compatible approuvé.

Description: This device is a full load cell low profile industrial floor scale. The load receiving element is comprised of a steel plate and channel stiffeners supported on four (4) Hottinger Baldwin Shear Beam Load Cells mounted on channel side frames.

Description: Cet appareil est une bascule de sol industrielle sur-baissée à action directe. Le tablier est constitué d'une plaque d'acier et de renforts en profilés qui reposent sur quatre (4) dynamomètres de cisaillement Hottinger Baldwin installés sur la plaque inférieure des profilés.

The load receiving element is restrained by four (4) transverse and four (4) longitudinal set screw bumpers.

Le mouvement transversal et longitudinal du tablier est restreint par quatre (4) butées à vis d'arrêt installées dans chaque sens

