



1) 1002009

S.WA-3061

Approval No. d'approbation

Ottawa, November 12, 1981
12 novembre 1981

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

MANTLE - ELECTRONIC DORMANT SCALE
This Notice of Approval supersedes
S.WA-169 dated October 20, 1980.

PONT BASCULE ELECTRONIQUE - MANTLE
Cette avis d'approbation remplace celui
en date du 20 octobre 1980.

Company: Mantle Industries Ltd.
8760 River Road
Delta, B.C.
V4G 1B5

Société: Mantle Industries Ltd.,
8760 River Road
Delta, B.C.
V4G 1B5

Manufacturer: Mantle Industries Ltd.

Fabricant: Mantle Industries Ltd.

Type of Device: Electronic dormant
scale.

Type d'appareil: Pont-basculé électro-
nique.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>CAPACITY*</u> <u>Capacité*</u>	<u>PLATFORM</u> <u>Dimension du tablier</u>	<u>SIZE</u>
20202	10 000 lb		2' x 2'
20204	10 000 lb		4' x 4'
20205	10 000 lb		4' x 5'
20206	10 000 lb		4' x 6'
20207(PRS-1)	10 000 lb		7' x 8'

* or metric equivalent
*ou l'équivalent métrique

Approved Accessories: These devices may
be used with any approved compatible
accessory.

Accessoires approuvés: Le présent
appareil peut être utilisé de concert
avec n'importe quel accessoire approuvé.

Application: The weighing of industrial
merchandise in trade.

Utilisation: Pesage des marchandises
industrielles dans le commerce.

Description: These devices are full load
cell dormant platform scales. The weighing
platform is supported by four suspension
rods acting on four Transducer B5102.2.5k
sheer beam load cells. Movement of the
platform is restrained by bumper bolts.

Description: Ces présents appareils
sont des pont-basculés à action directe.
Le tablier est soutenu par quatre (4)
triangles de suspension reliées à quatre
(4) dynamomètres Transducer, modèle
B5102.2.5 k, travaillant en cisaillement.
Des boulons de butée limitent le mouvement
du tablier.

Description: Continued

Weight indication is by means of an approved compatible electronic indicator.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights & Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.


Reference NO.: ^{fr} G6922-M365-10

Description: Suite

L'affichage du poids est réalisé au moyen d'un indicateur électronique compatible approuvé.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-M365-10



Robert Bruce
Acting Chief
Weights & Measures Division
Legal Metrology Branch

Chef intérimaire
Division des poids et mesures
Direction de la Métrologie légale