



**NOTICE OF APPROVAL
AVIS D'APPROBATION**

S.WA-3067

Ottawa, 1982/01/13

THIS NOTICE OF APPROVAL SUPERSEDES THE
RECORD OF APPROVAL ACTION S.WA-T116

LE PRESENT AVIS REMPLACE LA FORMULE
D'ENREGISTREMENT DE L'APPROBATION
S.WA-T116

Company: Control Systems Inc.
1317 Central
Kansas City, Kansas, Miss.
U.S.A.

Société: Control Systems Inc.
1317 Central
Kansas City, Kansas, Miss.
U.S.A.

Manufacturer: Control Systems Inc.

Fabricant: Control Systems Inc.

Type of Device: Bulk grain weigher.

Appareil: Ensemble de pesage en vrac du
grain.

MODEL NUMBER
No. de modèle

CAPACITY
Capacité

Series/série
475

185 000 kg x 10 kg

Approved accessories: Document printer.

Accessoires approuvés: Imprimante de
documents.

Application: The weighing of grain or
similar products.


Utilisation: Pesage du grain ou de
produits similaires.

Description: The series 475 bulk
weighing system, consists of a control
unit, a CRT display, a keyboard and a
printer. The control unit drives the CRT
display and the printer. Information can
be manually entered into the control unit
by the keyboard.

Description: L'ensemble de pesage en
vrac de la série 475 est composé d'un
ordinateur, d'un dispositif d'affichage
à écran cathodique, d'un clavier et d'une
imprimante. L'ordinateur commande le
dispositif d'affichage et l'imprimante,
tandis que le clavier sert à l'introduc-
tion manuelle des données dans l'ordina-
teur.

This system may be interfaced to four(4)
load cells which support a hopper on to a
lever system, utilizing a single load
cell attached to the transfer lever.

L'ensemble peut être relié à quatre(4)
dynamomètres raccordant à leur tour une
trémie à un ensemble de leviers, un seul
dynamomètre étant fixé au levier intermé-
diaire.




- 3 -

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6922-C1431

No. de référence: G6922-C1431



W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la Métrologie légale

MAY 3 1982