



Ottawa

1-3-82

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

This Notice of Approval superse-
des Record of Approval Action
S.WA-T156 dated October 2, 1980.

L'avis d'approbation remplace
l'avis S.WA-T156 en date du
2 octobre 1980.

Company: Toledo Scales
Division of Reliance
Electric Ltd.
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario

Société: Toledo Scales
Division of Reliance
Electric Ltd.
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario

Type of Device: Self-contained
electronic floor scales, with
weight sensing by means of canti-
lever type load cells supporting
the weighbridge, and readout by
means of an approved digital
indicator.

Appareil: Bascule de sol élec-
tronique autonome dans laquelle à
la fois éléments détecteurs de
charge et éléments de soutien du
châssis récepteur. L'affichage
est réalisé au moyen d'un indica-
teur numérique approuvé.

Model Number: 2295/xxxx. The
latter portion of the model
number serves to identify the
indicator model.

Numéro de modèle: 2295/xxxx. La
dernière tranche du numéro de
modèle désigne le modèle de
l'indicateur.

Platform Size: 4' x 6', 6' x 8',
7' x 10'.

Dimensions du tablier: 4' x 6',
6' x 8', 7' x 10'.

Maximum Rating: 40,000 lb or
20,000 kg.

Portée maximale: 40 000 lb ou
20 000 kg.

Approval is granted under the
Weights and Measures Act, S.C.
1970-71-72, Chapter 36, and the
Weights and Measures Regulations
C.R.C.c., 1605 for use in Canada
under the general conditions of
the said Regulations, and under
any special conditions listed
above.

L'approbation est accordée con-
formément à la Loi sur les poids
et mesures S.R.C. 1970-71-72,
chapitre 36, et au règlement
d'application C.R.C.c., 1605.
L'emploi est autorisé au Canada
sous réserve des conditions géné-
rales dudit règlement et de
toutes les conditions particuliè-
res formulées dans le présent
avis.

.../2

Reference No.: G6922-T170-10

No de Référence: G6922-T170-10



W.R. Virtue, Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la métrologie légale