



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-3074 Rev. 1; Add 3

JUN 27 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent est une addition à l'avis
d'approbation émis au nom de:

Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Limited
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

ADD the following model number:

AJOUTER le numéro de modèle suivant:

Model Number 7530
Capacity 100 tonnes
Platform Size 70ft. x 12ft.
Number of Sections & Capacity 4, 50
tons
Load Cell Capacity 100 000 lb.

Numéro de modèle 7530
Portée 100 tonnes
Dimension du tablier 70pi x 12pi.
Nombre de section & capacité 4, 50
tonnes
Capacité des cellules de pesage
100 000 lb.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE/Dossier: O6922-T170-15
PROJECT/Projet: AP-ML-88-0033