



Consumer and
Corporate Affairs

Consommation et
corporations

Legal Metrology

Métrieologie légale

**NOTICE OF APPROVAL
AVIS D'APPROBATION**

S.WA-3088

JUN 30 1982

Ottawa, _____

THIS NOTICE OF APPROVAL SUPERSEDES NOTICE
OF TEMPORARY APPROVAL NUMBER SWA-T160
DATED October 30, 1980.

LE PRESENT AVIS REMPLACE LA CIRCULAIRE
SWA-T160 EMISE LE 30 octobre 1980.

Company: Aurora Scale Manufacturing Ltd.
230 Edward Street
P.O. Box 545
Aurora, Ontario L4G 3H1

Société: Aurora Scale Manufacturing Ltd.
230 Edward Street
P.O. Box 545
Aurora, Ontario L4G 3H1

Manufacturer: Aurora Scale Mfg., Ltd.
230 Edward Street
P.O. Box 545
Aurora, Ontario L4G 3H1

Fabricant: Aurora Scale Mfg., Ltd.
230 Edward Street
P.O. Box 545
Aurora, Ontario L4G 3H1

Type of Device: Motor truck scale.

Appareil: Pont-basculer routier.

NUMERO DE MODELE

CAPACITE*

TYPE DE DYNAMOMETRE, NUMERO
DE MODELE ET CAPACITE

MODEL NUMBER

CAPACITY*

LOAD CELL TYPE, MODEL NUMBER
AND CAPACITY

E-1040-80-3

80 Tonnes/ton

Revere CSP-100K

E-1050-80-3

80 " "

" " "

E-1060-80-3

80 " "

" " "

E-1070-80-3

80 " "

" " "

E-1080-80-3(2)

80 " "

" " "

*ou l'équivalent métrique

*or metric equivalent

Approved Accessories: These devices may
be interfaced to any approved compatible
accessory.

Accessoires approuvés: Ces appareils
peuvent être reliés à n'importe quel
accessoire compatible approuvé.

Description: The devices are electronic
full load cell pit mounted truck scales
utilizing Revere compression load cells.
The movement of the weighing element is
restrained by check-rods.

Description: Ces ponts-basculer routier
électroniques installés dans une fosse
comportent des dynamomètres de compression
Revere à action directe. La stabilité du
tablier est assurée par des tirants.

.../2

Model Number Coding:

Example: E-1012-100-2

where 1012 is the width x length in
feet
100 is the capacity in tons
2 is the number of sections

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference: G6922-A364

Code du numéro de modèle:

Exemple: E-1012-100-2

où 1012 est la largeur x la longueur en
pied.
100 est la capacité en tonnes
2 est le nombre de sections

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Référence: G6922-A364


W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la métrologie légale