



OCT 24 1983

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

THIS NOTICE OF APPROVAL SUPERSEDES NOTICE OF APPROVAL S.WA-3089 DATED August 5, 1982.

LE PRÉSENT AVIS REMPLACE L'ENREGISTREMENT DE L'APPROBATION S.WA-3089 EN DATE DU 5 août 1982.

Company: Aurora Scale Mfg., Ltd.  
Aurora, Ontario

Société: Aurora Scale Mfg., Ltd.  
Aurora, Ontario

Manufacturer: Aurora Scale Mfg., Ltd.

Fabricant: Aurora Scale Mfg., Ltd.

Type of Device: Electronic low profile motor truck scale.

Type d'appareil: Pont-basculer routier surbaissé électronique.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>CAPACITY*</u> <u>Capacité*</u>	<u>LOAD CELL CAPACITY</u> <u>Capacité du dynamomètre</u>
ELP-1040-60-3	60	100K or/ou 75K
ELP-1050-60-3	60	"
ELP-1060-60-3	60	"
ELP-1070-60-3	60	"
ELP-1240-60-3	60	"
ELP-1250-60-3	60	"
ELP-1260-60-3	60	"
ELP-1270-60-3	60	"
ELP-1070-100-4	100	"
ELP-1080-100-4	100	"
ELP-1270-100-4	100	"
ELP-1280-100-4	100	"

\*or metric equivalent

\*ou l'équivalent métrique

Accessories: Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les accessoires compatibles qui satisfont aux exigences de la Loi, du règlement et des prescriptions ministérielles régissant les poids et mesures.

Description: These devices are electronic full load cell low profile motor truck scales utilizing double-ended shear beam load cells. The load receiving element or deck can be inforced concrete or checkered steel plate.

Description: Ces ponts-basculer routiers surbaissés entièrement électroniques sont à action directe et comportent des dynamomètres de cisaillement. Le tablier peut être en béton armé ou constitué d'une plaque en acier quadrillé.

- 2 -

Model Number Coding:

Example: ELP-1040-60-3

Where ELP is electronic low profile

1040 is 23ft. wide x 30ft. long

60 is the capacity in tons (this is the maximum approved capacity, the numerals may change to reflect indicator capacity)

3 is the number of sections.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-A364-15Code du modèle:

Exemple: ELP-1040-60-3

Où ELP signifie pont-bascule routier surbaissé électronique

1040 est 12 pi. de largeur x 30 pi. de longueur

60 est la capacité en tonnes (cette valeur constitue la capacité maximale approuvée, les chiffres peuvent changer pour indiquer la capacité de l'indicateur).

3 est le nombre de sections.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-A364-15


W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

OCT 24 1983