



Consumer and
Corporate Affairs

Consommation et
corporations

Standards

Normes

**NOTICE OF APPROVAL
AVIS D'APPROBATION**

S.WA-3090

Ottawa, ~~_____~~ **JUN 30 1982**

This notice of approval supersedes Record of Approval Action SWA-T120 dated May 3, 1979.

Le présent avis remplace la formule d'enregistrement de l'approbation SWA-T120 en date du 3 mai 1979.

Company Requesting Approval:

Dickens Engineering
P.O. Box 201
Wallingford, Connecticut
06492

Demandeur (nom de la société):

Dickens Engineering
P.O. Box 201
Wallingford, Connecticut
06492

Type of Device: Fully electronic bulk grain weighing system consisting of a Model MP10000 Bulkweigher plus printer, control devices and digital computer. The inputs to the bulkweigher are weight signals from load cells and control signals from hopper sensors and gate solenoids.

Type d'instrument: Système entièrement électronique de pesage en vrac des grains comprenant un appareil de pesage en vrac, modèle MP1000, une imprimante, des dispositifs de commande et un calculateur numérique. Des signaux pondéraux provenant d'extensomètres et des signaux de commande provenant de capteurs de trémie et de solénoïdes à portillons alimentent l'appareil de pesage en vrac.

The MP1000 is basically a reworked B&R SSB9000 Bulkweigher. The A/D board containing the span and course zero adjustments is in a shielded, sealable housing inside the unit.

Le modèle MP1000 est fondamentalement un instrument de pesage en vrac B et R SSB9000 amélioré. Le tableau analogique/numérique contenant les réglages de la portée et du zéro approximatif est logé dans un bâti protégé et étanche installé à l'intérieur du dispositif.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur le poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

.../2

Reference: G6922-G373-11

Référence: G6922-G373-11


W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la métrologie légale