



S.WA-3095

Approval No. d'approbation

Ottawa

JUL 29 1982

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

THIS NOTICE OF APPROVAL SUPERSEDES RECORD OF APPROVAL ACTION S.WA-T170.

LE PRESENT AVIS D'APPROBATION REMPLACE L'AVIS S.WA-T170

Company: Canadian Scale Co. Ltd.,
305 Horner Ave.,
Toronto, Ontario

Société: Canadian Scale Co. Ltd.,
305 Horner Avenue
Toronto, Ontario

Manufacturer: Canadian Scale Co. Ltd.

Fabricant: Canadian Scale Co. Ltd.

Type of Device: Self contained mechanical livestock scale that may be fitted with a full capacity beam, type registering beam or fitted with a single load cell interface with an approved compatible digital weight indicator.

Type d'appareil: Bascule mécanique autonome à bétail pouvant être équipée d'un fléau à portée maximale, d'un fléau enregistreur ou d'un dynamomètre simple relié à un indicateur pondéral numérique approuvé et compatible.

MODEL NUMBER
No. de modèle

LENGTH
Longueur

WIDTH
Largeur

MAXIMUM CAPACITY IN LBS
OR METRIC EQUIVALENT/portée
maximale en lb. ou l'équivalent
métrique

710 xx
714 xx
718 xx
722 xx

10 ft.
14 ft.
18 ft.
22 ft.

Not to
exceed
14 ft.
Inférieur
à 14 pi.

30,000
30,000
30,000
40,000

The model number of the scale may be broken down as follows; i.e. 72220:

- 7 = Series 7 scale
- 22 = Length of scale
- 20 = Capacity of scale in thousands of lbs.

Le numéro de modèle se décompose comme suit: soit 72220

- 7 = bascule de la série 7
- 22 = longueur de la bascule
- 20 = portée de la bascule en milliers de livres

Note: Capacity of a device must fall within the limits indicated above.

Remarque: La portée de la bascule doit se situer à l'intérieur des limites fixées ci-dessus.

Description: This is a self contained mechanical livestock scale with a fabricated lever system utilizing a link of suspension.

Description: Il s'agit d'une bascule mécanique autonome à bétail comportant un ensemble de leviers avec dispositif de suspension à liaison.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-71, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-C257-14

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-C257-14



W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la Métrologie légale