



Consumer and
Corporate Affairs
Canada

Consommation
et Corporations
Canada

Legal Metrology

Métrieologie Légale

S.WA-3101

Approval No. d'approbation

Ottawa

SEP 03 1982

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

Company: D.S.C. Weighing Systems Inc.,
22 Morton Avenue East,
P.O. Box 2197
Brantford, Ontario
N3T 5Y6

Société: D.S.C. Weighing Systems Inc.,
22 Morton Avenue East
P.O. Box 2197
Brantford, Ontario
N3T 5Y6

Manufacturer: DSC Weighing Systems Inc.
Brantford, Ontario

Fabricant: D.S.C. Weighing Systems Inc.
Brantford, Ontario

Type of Device: Electronic industrial
weight platform.

Appareil: Plate-forme pondéral
industrielle électronique.

MODEL NUMBER
No. de modèle

SP 1212
SP 1616
SP 1818

CAPACITY*
Capacité*

5 - 50 lb.
20 - 100 lb.
20 - 100 lb.

...or metric equivalent.

*ou l'équivalent métrique

Approved Accessories: This device may be
used with any approved compatible
accessory.

Accessoires approuvés: Cet appareil
peut être utilisé avec tout accessoire
compatible approuvé.

Description: These scales utilize a
single cantilever load cell, mounted at
the center of the scale base and upon
which the weighbridge is directly borne.
Scale enclosures and load platforms are
of stainless steel construction.

Description: Ces balances comportent un
seul dynamomètre de flexion qui, centré
sur le socle de l'appareil supporte
directement le châssis récepteur. Le
boîtier et la plate-forme de la balance
sont fabriqués en acier inoxydable.

Condition of Approval: Approval is
granted under the Weights and Measures
Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the
Weights and Measures Regulations
C.R.C.c., 1605 for use in Canada under
the general conditions of the said
Regulations, and under any special
conditions listed above.

Condition d'approbation: L'approbation
est accordée conformément à la Loi sur
les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72,
chapitre 36, et au règlement d'appli-
cation C.R.C.c., 1605. L'emploi est
autorisé au Canada sous réserve des
conditions générales dudit règlement, et
de toutes les conditions particulières
formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6922-D89

No. de référence: G6922-D89


D. McEvoy

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la Métrieologie légale