



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-3109 Add. 2

JUL 10 1984

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

THIS ADDENDUM TO BE READ IN CONJUNCTION  
WITH S.WA-3109 Add 1 DATED November 4,  
1982.

LE PRÉSENT SUPPLÉMENT DOIT ÊTRE LU DE  
CONCERT AVEC L'AVIS S.WA-3109 Add. 1 EN  
DATE DU 4 novembre 1982.

Company: Teraoka Seiko Co. Ltd.,  
5-13-12 Kugahara  
Ohta Ku, Tokyo Japan T146

Société: Teraoka Seiko Co. Ltd.  
5-13-12 Kugahara  
Ohta Ku, Tokyo Japan T146

Manufacturer: Teraoka Seiko Co., Ltd.,  
5-13-12 Kugahara  
Ohta Ku, Tokyo Japan T146

Fabricant: Teraoka Seiko Co. Ltd.,  
5-13-12 Kugahara  
Ohta Ku, Tokyo Japan T146

Type of Device: Electronic checkstand  
scale with remote digital display that  
may be installed with compatible  
electronic cash register (ECR).

Appareil: Balance de comptoir électro-  
nique munie d'un télémètre  
numérique et pouvant être reliée à une  
caisse enregistreuse électronique  
compatible.

MODEL NUMBER  
No. de modèle

CAPACITY  
Capacité

LOAD CELL TYPE  
Type de dynamomètre

DS-150

30 x .01 lb.  
OR/ou  
15 x .005 kg.

Aluminum/aluminium

Accessory Cash Register: The following  
electronic cash registers are approved  
for installation with the Teraoka model  
DS-150 P.O.S. scale:

Caisse enregistreuse auxiliaire: Les  
présentes caisses enregistreuses peuvent  
être reliées à la balance du point de  
vente Teraoka, modèle DS-150.

MANUFACTURER

F. Jay Corporation  
National Semiconductor

MODEL NUMBER

625 ECR  
Datachecker/DTS  
2101

FABRICANT

F. Jay Corporation  
National Semiconductor

No. DE MODÈLE

CEE 625  
Datachecker/DTS  
2101

Special Conditions of Cash Registers  
Approval:

(1) The weight display must be easily visible to both the operator and customer from the normal position of "trading". In no instance should the weight display be greater than 45° from the customer's normal line of sight. The weight display must be locked in position.

(2) When installed, the remote display unit must not be located more than two(2) meters from the weighing element.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference NO.: G6922-T192

Conditions particulières régissant  
l'approbation des caisses enregistreuses:

(1) Le poids affiché doit être facilement visible par le préposé et le client en position habituelle. L'indicateur ne devrait en aucun cas se trouver à plus de 45° de la ligne de vision normale du client et doit être fixé dans cette position.

(2) Le téléindicateur ne doit pas être installé à plus de deux(2) mètres de l'élément de pesage.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-T192



W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

JUL 10 1984