



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-3110 Rev. 1

Add 1.

MAR 24 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:

Ametron Limited Measurement Systems
The Mangood Group
1125 Dundas Street
Mississauga, Ontario
L4Y 2C4

Add under "Company":
Howe Richardson Inc.
217 Brunswick Blvd.
Pointe Claire, Quebec
H9R 4R7

AJOUTER sous "Société":
Howe Richardson Inc.
217 Boul. Brunswick
Pointe Claire, Québec
H9R 4R7

ADD under "Model Number":
TW 9000

AJOUTER sous "Numéro de modèle":
TW 9000

ADD under "Description":

AJOUTER sous "Description":

The TransWeigh (TW)9000 is a
computer base system incorporating a
Quantomatic R9000 as the weight
indicator.


Le TransWeigh (TW)9000 est un
système ayant pour base un ordinateur
incorporant un Quantomatic R9000 comme
élément indicateur.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE/Dossier: 06922-H186-23
PROJECT/Projet: AP-ML-86-0132



TW 9000