



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

APPROVAL NO. N° D'APPROBATION

S.WA-3137

MAY 3 1983

NOTICE OF APPROVAL

The models listed on this Notice of Approval have been transferred from Notice of Temporary Approval S.WA-T214 revision 1 dated November 22, 1982.

Company: Masstron Scale Ltd.
550 Schrock Road
Columbus, Ohio
USA 43229

Manufacturer: Masstron Scale Ltd.

Type of Device: Fully electronic dormant weigh platform utilizing 4 shear beam load cells, it is identified as a "LIFT-MATE/DECKMATE HD FLOOR SCALE". This device when interfaced to an approved and compatible digital weight indicator becomes a weighing machine.

AVIS D'APPROBATION

Les modèles énumérés sur cet avis d'approbation furent transférés de l'avis d'Approbation Temporaire S.WA-T214 révision 1 en date du 22 novembre 1982.

Société: Masstron Scale Ltd.
550 Schrock Road
Columbus, Ohio
USA 43229


Fabricant: Masstron Scale Ltd.

Appareil: Bascule fixe à tablier entièrement électronique utilisant quatre dynamomètres de cisaillement et portant la désignation "BASCULE DE SOL LIFTMATE/DECKMATE HD". Cet appareil lorsqu'il est relié à un dispositif d'affichage numérique du poids approuvé et compatible constitue un appareil de pesage.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>SIZE</u> <u>Dimensions</u> (ft./pl.)	<u>MAXIMUM</u> <u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>LOAD CELL RATING(lbs)</u> <u>Cap. des dynamomètres</u>
MF-3310	3 x 3	500 kg	1,000
MF-3320	3 x 3	1,000 kg	1,000
MF-3330	3 x 3	2,500 kg	2,000
MF-4410	4 x 4	500 kg	1,000
MF-4420	4 x 4	1,000 kg	1,000
MF-4430	4 x 4	2,500 kg	2,000
MF-4440	4 x 4	5,000 kg	5,000
MF-4520	4 x 5	1,000 kg	1,000
MF-4630	4 x 6	2,500 kg	2,000
MF-4640	4 x 6	5,000 kg	5,000
MF-4650	4 x 6	10,000 kg	10,000
MF-5740	5 x 7	5,000 kg	5,000
MF-5750	5 x 7	10,000 kg	10,000
MF-5760	5 x 7	15,000 kg	20,000
MF-4530	4 x 5	3,000 kg	2,000
MF-5530	5 x 5	3,000 kg	2,000
MF-5540	5 x 5	5,000 kg	5,000
MF-5550	5 x 5	10,000 kg	10,000

- 2 -

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>SIZE</u> <u>Dimensions</u> (ft./pi.)	<u>MAXIMUM</u> <u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>LOAD CELL RATING (lbs)</u> <u>Capacité de dynamomètres</u>
MF-6640	6 x 6	5 000 kg	5,000
MF-6650	6 x 6	10 000 kg	10,000
MF-6660	6 x 6	15 000 kg	10,000
MF-8850	8 x 8	10 000 kg	10,000
MF-8860	8 x 8	15 000 kg	10,000
MF-8870	8 x 8	20 000 kg	20,000
MF-8890	8 x 8	40 000 kg	45,000
MF-4500	4 x 5	5 000 kg	5,000
MF-6600	6 x 6	15 000 kg	20,000



Accessories: Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

Description: This is a fully electronic dormant platform scale that utilizes 4 shear beam load cells to sense weight. It is identified as the "LIFTMATE/DECKMATE HD SCALE".

Accessoires: Peuvent être utilisés les accessoires compatibles qui satisfont aux exigences de la Loi sur les poids et mesures, du Règlement et des Spécifications y afférents.

Description: Il s'agit d'une bascule fixe à tablier entièrement électronique qui utilise quatre dynamomètres de cisaillement pour détecter le poids. Elle porte la désignation "BASCULE LIFTMATE/DECKMATE HD".

Description: Continued

The unit consists of the following:
 (A) A factory assembled frame that is fitted with 4 load receivers (1 fixed and 3 adjustable) and two bumper bolts. This frame can be set into position and used as a form about which concrete can be poured, alternately it can be surface mounted on a level surface and bolted or lagged into place.

(B) The weighbridge is fabricated from steel and is fitted with 4 shear beam load cells mounted on each corner, and a NEMA IV Junction Box. The deck is fitted with two screw fittings into which lifting eyes can be attached for lifting the weighbridge.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations, C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-M1027-10

Chief
Legal Metrology Laboratories

W.R. Virtue

Description: Suite

La présente bascule se compose:
 (A) d'un bâti monté à l'usine qui comporte quatre éléments récepteurs de charge dont un qui est fixe et trois qui sont réglables et deux boulons de butés. Le présent bâti peut être positionné et servir de coffrage pour le coulage du béton. Il peut également être installé sur une surface de niveau et boulonné ou mis en place à l'aide de tire-fond;

(B) d'un châssis récepteur en acier qui comporte quatre dynamomètres de cissaillement à chaque coin et une boîte de raccordement NEMA IV. Le tablier est muni de deux raccords filletés auxquels des anneaux peuvent être raccordés pour permettre le levage du châssis récepteur.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-M1027-10

Chef
Laboratoires de la métrologie légale

MAY 3 1983