



JUL 18 1983

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Company: W.&T. Avery Limited
Soho Foundry, Smethwick, Warley
West Midlands, England
B66 2LP

Société: W.&T. Avery Limited
Soho Foundry, Smethwick, Warley
West Midlands, England
B66 2LP

Manufacturer: W.&T. Avery Limited
West Midlands, England

Fabricant: W.&T. Avery Limited
West Midlands, England

Type of Device: Electronic counter
computing scale.

Appareil: Balance de comptoir
électronique.

Model Number: 1790

N° de modèle: 1790

Capacity: 15 kg x .005 kg.

Capacité: 15 kg x .005 kg

Description: This device is an
electronic computing counter scale
equipped with dual displays of weight,
tare weight, Unit Price, Total Price and
annunciators for Pre-Pack, Net, Hold,
100g, Kg and Zero.

Description: Il s'agit d'une balance de
comptoir électronique, calculatrice,
équipée d'un dispositif d'affichage
double du poids, de la tare, du prix
unitaire, du prix total ainsi que de
voyants indiquant le pré-emballage Pre-
Pack), le poids net (Net), la mise en
mémoire (Hold), le calcul du prix par
100g (100g) ou par kg (Kg) et le centre
du zéro (Zero).

The operators keyboard consists of:

Le clavier de l'opérateur est composé
des éléments suivants:

0-9 keys - used to enter unit prices.

des touches numérotées de 0 à 9 qui
servent à l'introduction des prix
unitaires;

Pre-Pack key - switches scale to pre-pack
mode.

une touche Pre-Pack utilisée pour régler
l'appareil en mode de pré-emballage;

Tare key - enters platter tare.


une touche Tare qui permet l'introduc-
tion d'une tare de plateau;

Price Base key - switches the scale to
100g or kg mode.

une touche du prix de base qui sert à
régler la balance en mode de calcul du
prix par 100g ou par Kg;

Price Cancel key - clears the Unit Price.

une touche Price Cancel qui permet
d'effacer le prix unitaire;



Description: Continued

Display Check key - verifies all displays.

Balance key - returns the system to zero balance condition.

P.L.U. key - enter unit prices and commodity names.

A bullseye level is positioned at the left side of the operators keyboard.

A printer switch located above the operators display, activates the printer under the platter.

The customers display may be in a remote location or pole mounted on the scale.

Special Conditions: The sealing means is exempt from providing ready access to other components or adjustments as per SGM1/12.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-A221-23

Description: Suite

une touche Display Check destinée à la vérification des dispositifs d'affichage;

une touche "Balance" qui permet de remettre la balance à zéro;

une touche P.L.U. qui permet d'introduire les prix unitaires ainsi que les noms des produits;

Un indicateur de niveau est placé à la gauche du clavier de l'opérateur.

Un indicateur d'impression qui se trouve au-dessus du dispositif d'affichage réservé à l'opérateur actionne l'imprimante installée sous le plateau.

Le dispositif d'affichage destiné au client peut être installé à distance ou sur une colonne montée sur la balance.

Conditions particulières: Le plombage n'est pas tenu de permettre l'accès facile aux autres composants ou dispositifs d'affichage, conformément à la prescription ministérielle SGM1/12.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c. 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-A221-23



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

JUL
JUN 18 1983