



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No - N° D'APPROBATION
S.WA-3153

OCT 03 1983

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Company: D.S.C. Weighing Systems Inc.,
22 Morton Avenue
Brantford, Ontario
N3T 5Y6

Société: D.S.C. Weighing Systems Inc.,
22 Morton Avenue
Brantford, Ontario
N3T 5Y6

Manufacturer: D.S.C. Weighing Systems
Inc.,
Brantford, Ontario

Fabricant: D.S.C. Weighing Systems Inc.
Brantford, Ontario

Type of Device: Fully electronic scale
that when interfaced to an approved and
compatible digital weight indicator
becomes a weighing system.

Appareil: Bascule entièrement électro-
nique qui, une fois reliée a un indicateur
de poids numérique approuvé et
compatible, forme un ensemble de pesage.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. De Modèle</u>	<u>CAPACITY*</u> <u>Capacité*</u>	<u>PLATFORM SIZE</u> <u>Dimension Du Tablier</u>	<u>APPROX. HEIGHT</u> <u>Hauteur Approx.</u>	<u>LOAD CELL CAPACITY</u> <u>Capacite Du</u> <u>Dynamomètre</u>
DSC-LP-4848	up to/	48" x 48"	3"	80% of rated
DSC-LP-4860	jusqu'a	48" x 60"	3"	Capacity/80%
DSC-LP-6060	5000 lb	60" x 60"	3"	de la capacité
DSC-LP-6072		60" x 72"	3"	
DSC-LP-7272		72" x 72"	4"	

*or metric equivalent

*ou l'équivalent métrique

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés tous
les accessoires compatibles qui
satisfont aux exigences de la Loi, du
Règlement et des prescriptions
ministérielles régissant les poids et
mesures.

.../2

Description: This device is a fabricated steel self contained fully electronic low profile scale with a bending beam type load cell at each corner. The junction box is located within the platform frame.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-D89

Description: Il s'agit d'une bascule surbaissée en acier marchand, entièrement électronique comportant à chacun des coins un dynamomètre de cisaillement. La boîte de jonction est située à l'intérieur de la structure formant le tablier.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au Règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit Règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-D89


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

OCT - 3 1983