



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
  
Métrologie légale

APPROVAL No. / N° D'APPROBATION  
  
S.WA-3155

~~27~~ 31 1984

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Company: Aurora Scale Mfg., Co.  
P.O. Box 545  
Aurora, Ontario  
L4G 3L6

Société: Aurora Scale Mfg., Co.  
P.O. Box 545  
Aurora, Ontario  
L4G 3L6

Manufacturer: Aurora Scale Mfg., Co.  
Aurora, Ontario

Fabricant: Aurora Scale Mfg., Co.  
Aurora, Ontario

Type of Device: Electronic dormant scale when interfaced to an approved and compatible digital weight indicator becomes a weighing device.

Appareil: Bascule de sol électronique qui, une fois reliée à un indicateur de poids numérique approuvé et compatible, forme un ensemble de pesage.

MODEL NUMBER  
N° de modèle

CAPACITY\*  
Capacité\*

PLATFORM SIZE  
Dimension du tablier

940-F1018-40K

40 000 lbs.

10' x 18'

\*or metric equivalent.

\*ou l'équivalent métrique.

Accessories: Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les accessoires compatibles qui satisfont aux exigences de la Loi, du Règlement et des prescription ministérielles régissant les poids et mesures.

Description: This device is a full electronic dormant scale with a shear type load cell of 20,000 lbs capacity positioned at each corner. The platform is supported by a ball and socket assembly mounted on each load cell.

Description: Cet appareil est une balance de sol électronique utilisant des cellules de pesage de 20,000 lbs de capacité travaillant en cisaillement, installée dans chaque coin. Le tablier est supporté par les cellules de pesage au moyen d'un montage à rotule.

.../2


Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-A364-10

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-A364-10

Chief  
Legal Metrology Laboratories

  
for W.R. Virtue

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

AUG 31 1984  
ADUT