



JAN 23 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Company: W.&T. Avery Limited
Soho Foundry, Smethwick, Warley
West Midlands, England
B66 2LP

Société: W.&T. Avery Limited
Soho Foundry, Smethwick, Warley
West Midlands, England
B66 2LP

Manufacturer: W.&T. Avery Limited
West Midlands, England

Fabricant: W.&T. Avery Limited
West Midlands, England

Type of Device: Electronic counter
computing scale.

Appareil: Balance de comptoir
électronique.

Model Number: 1770

N° de modèle: 1770

Capacity: 15 kg x .005 kg.
6 kg x .002 kg.

Capacité: 15 kg x .005 kg.
6 kg x .002 kg.

Description: This device is an
electronic computing counter scale
equipped with dual displays of weight,
tare weight, Unit Price, Total Price and
annunciators for, Net, Gross 100g, kg and
Zero.

Description: Il s'agit d'une balance de
comptoir électronique, calculatrice,
équipée d'un dispositif d'affichage
double du poids, de la tare, du prix
unitaire, du prix total ainsi que de
voyants indiquant, le poids net (Net),
le poids brut (gross), le calcul du
prix par 100g (100g) ou par kg (kg) et
le centre du zéro (Zero).

The operators keyboard consists of:

Le clavier de l'opérateur est composé
des éléments suivants:

0-9 keys - used to enter unit prices.

des touches numérotées de 0 à 9 qui
servent à l'introduction des prix
unitaires;

"T" - Tare key - enters platter tare.

"T" - une touche Tare qui permet
l'introduction d'une tare de plateau;



"F" - Price Base key - switches the scale
to 100g or kg mode.

"F" - une touche du prix de base qui
sert à régler la balance en mode de
calcul du prix par 100g ou par kg;

"C" - Price Cancel key - clears the Unit
Price.

"C" - une touche Price Cancel qui permet
d'effacer le prix unitaire;

.../2



- 3 -

Description: Continued

"V" - Display Check key - verifies all displays.

"Z" - Balance key - returns the system to zero balance condition.

A bullseye level is positioned at the left side of the housing close to the display pole.

Special Conditions: The sealing means is exempt from providing ready access to other components or adjustments as per SGM1/12.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-A221-23

Description: Suite

"V" - une touche Display Check destinée à la vérification des dispositifs d'affichage;

"Z" - une touche "Balance" qui permet de remettre la balance à zéro;

Un indicateur de niveau est placé à la gauche du boîtier près de la colonne du dispositif d'affichage.

Conditions particulières: Le plombage n'est pas tenu de permettre l'accès facile aux autres composants ou dispositifs d'affichage, conformément à la prescription ministérielle SGM1/12.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c. 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-A221-23



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

JAN 23 1984