



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrologie légale

APPROVAL No. · N° D'APPROBATION

S.WA-3185

MAY 11 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Company: Howe Richardson Canada Inc.
217 Brunswick Blvd.
Pointe Claire, Québec
H9R 4R7

Société: Howe Richardson Canada Inc.
217, boul. Brunswick
Pointe Claire, Québec
H9R 4R7

Manufacturer: Heng Yang Weighing Works,
China and Howe Richardson
Canada Inc.

Fabricant: Heng Yang Weighing Works,
Chine et Howe Richardson
Canada Inc.

Type of Device: Portable beam scale on
wheels with beam graduated on both sides.

Appareil: Balance mobile à fléau
graduée sur les deux faces.

MODEL NUMBER

PM 500

PLATFORM SIZE

24" x 18"

CAPACITY

1000 lb x 0.5 lb


500 kg x 0.2 kg

Description: This device utilizes two "A" type cast iron levers with one having an extension arm connected to the steelyard rod. Registration is by means of a graduated beam and counter poise weights. The counter poise weights, base and platform are cast iron. The platform is equipped with a guard rail. The base is fitted with four cast wheels.

Description: La balance comprend deux leviers en fonte, du type "A", dont un qui est muni d'un bras d'extension relié à la tringle d'attaque. L'enregistrement du poids est réalisé au moyen d'un fléau gradué et de contrepoids. Les contrepoids, le socle et le plateau sont en fonte. Le plateau est équipé d'une rambarde et le socle est monté sur quatre roues en fonte.

.../2

- 2 -




Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference N°: G6922-H186-18

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c. 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-H186-18



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

MAY 11 1984