



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada

Métrieologie légale

115  
APPROVAL No. - N° D'APPROBATION  
S.WA-3212 Add.

MAY 21 1985  
MAI 21 1985

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

**ADDENDUM**

This is an addendum to a Notice of  
Approval issued to:

Le présent est un addendum à l'avis  
d'approbation émis à:

Fisher Scientific  
Division of Allied Canada Inc.  
112 Colonnade Road  
Nepean, Ontario  
K2E 7L6

ADD:

AJOUTER:

MODEL NUMBER  
N° de modèle

CAPACITY  
Capacité

DELTA RANGE  
Échelle Delta

PE 160

800 ct x 0.01 ct

300 ct x 0.01 ct

PE 360

1800 ct x 0.1 ct

PE 1600

8000 ct x 0.1 ct

PE 3600

1800 ct x 1 ct

3000 ct x 0.1 ct

*W.R. Virtue*  
W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chief  
Laboratoires de la Métrieologie légale

MAY 21 1985  
MAI 21 1985

FILE NUMBER / N° de dossier:  
O6922-M579