



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-3217 Add. 4

MAR 17 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à l'avis d'approbation émis au nom de:

Toledo Scale, Division of Reliance Electric Canada
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

ADD the following Electronic Checkstand Scale or Stand Alone Weight Scale:

AJOUTER la balance électronique de comptoir ou autonome énumérée ci-dessous:

Model number - 300 (Datachecker)
Manufacturer - Toledo

Numéro de modèle - 300 (Datachecker)
Fabricant - Toledo

When used as a checkstand scale, the device is not equipped with a center-of-zero light, however, because of the auto zero maintenance feature, a "solid" zero (not flashing) indicates that the scale is within 0.1 of a minimum increment of zero, and complies with section 171 of the Weights and Measures Regulations.

Lorsqu'utilisé comme une balance autonome, cet appareil ne comporte aucun voyant pour indiquer le centre du zéro. Cependant, parce qu'il est muni d'un dispositif automatique de maintien à zéro, un zéro "stable" (c'est-à-dire, qui ne clignote pas) indique que la balance est en deçà de 0.1 de la plus petite unité de graduation et qu'elle fonctionne conformément aux exigences de l'article 171 du Règlement sur les poids et mesures.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-T170
PROJECT/Projet: AP-ML-87-0192