



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Méetrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-3277 Rev. 1 Add 1

DEC 22 1987

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:

Pitney Bowes
150 Ferrand Drive
Don Mills, Ontario
M8C 3B5

ADD under "Summary Description":

If the installation does not
permit customers to see the primary
indicator, a remote indicator model
5084133 can be interfaced directly to
the scale.

AJOUTER sous "Description Sommaire":

Dans le cas où l'installation ne
permet pas aux consommateurs de voir
l'indicateur primaire, un indicateur
auxiliaire modèle 5084133 peut être
relié directement à la balance.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-P272
PROJECT/Projet: AP-ML-87-0146