



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-3338 Add 1

AUG 30 1988
AOUT

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:

Fairbanks Scales
711 East St. Johnsbury Road
St. Johnsbury, Vermont, U.S.A.
05819

ADD: to "Model Designations"

AJOUTER: sous "Designations des
modèles"

90-164-2

90-164-2

ADD: to "Summary Description"

AJOUTER: sous "description sommaire"

The model 90-164-2 is
metrologically identical to the Model
90-164-1 however, the Model 90-164-2
has an expanded memory feature.

Le modèle 90-164-2 a des fonctions
métrologiques identiques au modèle
90-164-1 cependant, il possède une
mémoire étendu.

W.R. Virtue

AUG 30 1988

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE/Dossier: 06922-AP-ML-88-0064

PROJECT/Projet: AP-ML-88-0064