



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-4049 Add 1

FEB 16 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à l'avis d'approbation émis au nom de:

Fisher Scientific, Division of Allied Canada Inc.
112 Colonnade Road
Nepean, Ontario
K2E 7L6

ADD under "Model Designations":
GN48-2 or GM49-2
(Secondary indicator)

AJOUTER sous "Désignations des modèles"
GN48-2 ou GM49-2
(élément indicateur secondaire)

ADD under "Summary Description":

AJOUTER sous "Description Sommaire":

If the installation does not permit customers to see the primary indicator, a remote indicator model GM48-2 or GM49-2 can be interfaced to the scale.

Dans le cas où l'installation ne permet pas aux consommateurs de voir l'indicateur primaire, un indicateur auxiliaire modèle GM48-2 ou GM49-2 peut être relié à la balance.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE/Dossier: 06922-M579
PROJECT/Projet: AP-ML-87-0123