



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-4077 Add. 1

JUN - 7 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:

Alexander D. Smart Limited
351 Steelcase Road, West, Unit 3
Markham, Ontario
L3R 4H9

ADD change of address as indicated
above.

AJOUTER le changement d'adresse tel
qu'indiqué ci-dessus.

ADD under "Summary Description":

AJOUTER sous "Description Sommaire":

<u>MODEL NUMBER</u> N° de modèle	<u>CAPACITY</u> Capacité	<u>SIZE</u> Dimensions	<u>LOAD CELL CAPACITY</u> Cap. des cellules de pesage
PV 3	4000 kg	60" x 60"	2000 kg

* Or Avoirdupois Equivalent / Ou l'équivalent en avoirdupois.

The device herein listed was
previously listed on Notice of
Temporary Approval S.WA-T437.

L'appareil énuméré dans le présent
avis figurait préalablement sur l'avis
d'approbation temporaire S.WA-T437.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chief
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE/Dossier: 06922-B1106
PROJECT/Projet: AP-ML-85-9167