

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-4177

NOV 23 1988

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of
the Minister of Consumer and Corporate
Affairs under application by:

Mima Incorporated
2150 N.W. 18th Street
Pompano Beach, Florida
USA 33060

for the following devices:

DEVICE TYPE /
TYPE D'APPAREIL:

Electronic platform scale / Bascule de
sol électronique.

MODEL DESIGNATIONS /
DÉSIGNATIONS DES MODÈLES:

WW 200

AVIS D'APPROBATION

Accordée en vertu du pouvoir sta-
tutaire du Ministre de Consommation et
Corporations à la demande de:

pour les appareils suivants:

MANUFACTURER /
FABRICANT:

Mima Incorporated
Pompano Beach, Florida, USA

RATING-CAPACITY-RANGE(S) /
CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):

1000 kg

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the information submitted and are typified by the sample(s) submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of salient features only.

REMARQUE: La présente approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

This scale is an integral part of a wrap and weigh stretch wrapping machine. The scale when interfaced to an approved and compatible digital weight indicator will form a weighing system.

Weight readings are taken with the wrapping film cut and the turntable stationary.

The weight platform on this system is a 60 inch diameter turntable fabricated from steel. It revolves on a center hub and rests on three wheels one of which is motor driven. The wheels, motor drive and hub are mounted on a frame that is supported by three cantilever beam type load cells mounted on a base frame.

The scale uses load cells with a capacity of 2500 lb.

The device herein listed was previously listed on Notice of Temporary Approval S.WA-T431.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

La présente bascule fait partie intégrante d'une pelliclaqueuse et d'un appareil de pesage. Lorsqu'elle est reliée à un indicateur numérique du poids compatible et approuvé, elle forme un ensemble de pesage.

La lecture de la pesée n'est fait qu'après que la pellicule de plastique est coupe et que la plaque tournante se soit immobilisée.

La plate-forme de pesage de l'ensemble est constituée d'une table tournante d'acier ayant un diamètre de 60 pouces. Elle tourne sur un axe central et repose sur trois roues dont une est entraînée par moteur. Les roues, le moteur et l'arbre d'entraînement sont tous installés sur un bâti soutenu par trois cellules de pesage de flexion reposant sur un socle.

La bascule utilise des cellules de pesage d'une capacité de 2500 lb.

L'instrument énuméré dans le présent avis figurait préalablement sur l'avis d'approbation temporaire S.WA-T431.

APPROVAL:


The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is granted accordingly, pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Verification of conformity is required in addition to this approval. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types d'appareils identifiés ci-dessus ont été évalués conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Par conséquent, une approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite loi.

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Outre la présente approbation, une vérification de conformité est requise. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada.



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-M1078
PROJECT/Projet: AP-ML-85-9038

NOV 23 1988

