



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légele

APPROVAL No. — N° D'APPROBATION

S.WA-T4266

DEC 13 1988

NOTICE OF CONDITIONAL APPROVAL

AVIS D'APPROBATION CONDITIONNELLE

Issued by statutory authority of the
Minister of Consumer and Corporate
Affairs under application by:

Accordée en vertu du pouvoir statutaire
du Ministre de Consommation et Corpor-
ations à la demande de:

Every Scale Limited
35 Covington Street
Stoney Creek, Ontario
L8E 2Y4

for the following device(s):

pour (les)l'appareil(s) suivant(s):

DEVICE TYPE /
TYPE D'APPAREIL:

MANUFACTURER /
FABRICANT:

Electronic Platform Scale / Balance
plate-forme électronique

Every Scale Limited
Stoney Creek, Ontario

MODEL DESIGNATION(S) /
DÉSIGNATION DU(DES) MODÈLE(S):

RATING-CAPACITY-RANGE(S) /
CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):

E9-XXXX-XX/XX Series/Série

9000 lb to/à 45000 lb

Or metric equivalent / Ou l'équivalent
métrique

NOTE: This approval applies only to
devices, the design, composition,
construction and performance of which
are, in every material respect,
identical to that described in the
information submitted; and are typified
by the sample(s) submitted by the
applicant for evaluation for approval
in accordance with sections 14 and 15
of the Weights and Measures Regula-
tions. The following is a summary of
principal features only.

REMARQUE: La présente approbation ne
vise que (les)l'appareil(s) dont la
conception, la composition, la
construction et le rendement sont
identiques, en tout point, à celui
(ceux) qui est(sont) décrit(s) dans la
documentation reçue et pour lequel
(lesquels) des échantillons représenta-
tifs ont été fournis par le requérant
aux fins d'évaluation, conformément aux
articles 14 et 15 du Règlement sur les
poids et mesures. Ce qui suit est une
brève description de leurs principales
caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

This device is a fully electronic platform scale that when interfaced to an approved and compatible digital weight indicator becomes a weighing system.

The box frame consists of steel channels or angles with load cell mounting plates welded in the corners. The weighbridge is designed for self-contained or pit mounting. Four shear beam load cells support the weighbridge and restrain its lateral and longitudinal movement. The weighbridge is fabricated from flat or checkered deck plate and includes support angles or channels on the underside with a flat bar edging.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Il s'agit d'une bascule à tablier électronique qui, une fois reliée à un indicateur pondéral numérique approuvé et compatible, forme un ensemble de pesage.

Le châssis est constitué de profilés en U ou de cornières en acier comportant des plaques de montage destinées aux cellules de pesage et soudées dans les coins. Le châssis récepteur est de type autonome ou de type pour installation dans une fosse. Quatre cellules de pesage de cisaillement soutiennent le châssis récepteur et en restreignent le déplacement latéral et longitudinal. Le châssis récepteur est en tôle unie ou quadrillée et repose sur des cornières ou des profilés en U de soutien; un méplat est installé sur le pourtour du dessous du châssis récepteur.

| <u>MODEL NUMBER</u> <u>N° de modèle</u> | <u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u> | <u>PLATFORM SIZE</u> <u>Dimensions de tablier</u> | <u>LOAD CELL CAPACITY</u> <u>Cap. des cellules de pesage</u> |
|--|------------------------------------|--|---|
| E9-4172-9/18 | 9000 lb/18000 lb | 5' x 5' | 5000 lb/10000 lb |
| E9-4173-9/18 | 9000 lb/18000 lb | 6' x 4' | 5000 lb/10000 lb |
| E9-4178-9/18 | 9000 lb/18000 lb | 6' x 5' | 5000 lb/10000 lb |
| E9-4174-9/18 | 9000 lb/18000 lb | 7' x 4' | 5000 lb/10000 lb |
| E9-4275-25/35 | 25000 lb/35000 lb | 7' x 5' | (10000 lb or/ou 20000 lb)/20000 lb |
| E9-4276-25/35 | 25000 lb/35000 lb | 8' x 4' | (10000 lb or/ou 20000 lb)/20000 lb |
| E9-4277-25/35 | 25000 lb/35000 lb | 8' x 5' | (10000 lb or/ou 20000 lb)/20000 lb |
| E9-4279-25/35 | 25000 lb/35000 lb | 8' x 3' | (10000 lb or/ou 20000 lb)/20000 lb |
| E9-4273-25/35 | 25000 lb/35000 lb | 6' x 4' | (10000 lb or/ou 20000 lb)/20000 lb |
| E9-4278-25/35 | 25000 lb/35000 lb | 6' x 5' | (10000 lb or/ou 20000 lb)/20000 lb |
| E9-4272-25/35 | 25000 lb/35000 lb | 5' x 5' | (10000 lb or/ou 20000 lb)/20000 lb |
| E9-4274-25/35 | 25000 lb/35000 lb | 7' x 4' | (10000 lb or/ou 20000 lb)/20000 lb |
| E9-4269-35 | 35000 lb | 4' x 4' | 20000 lb |
| E9-4270-35 | 35000 lb | 5' x 3' | 20000 lb |
| E9-4271-35 | 35000 lb | 5' x 4' | 20000 lb |
| E9-4369-45 | 45000 lb | 4' x 4' | 20000 lb |
| E9-4371-45 | 45000 lb | 5' x 4' | 20000 lb |
| E9-4372-45 | 45000 lb | 5' x 5' | 20000 lb |
| E9-4373-45 | 45000 lb | 6' x 4' | 20000 lb |
| E9-4378-45 | 45000 lb | 6' x 5' | 20000 lb |
| E9-4374-45 | 45000 lb | 7' x 4' | 20000 lb |
| E9-4376-45 | 45000 lb | 8' x 4' | 20000 lb |
| E9-4377-45 | 45000 lb | 8' x 5' | 20000 lb |

Note: Other devices in this model series are fully approved and listed on a Notice of Approval having the same approval number. Test reports are required to upgrade listed devices to fully approved status.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein are under evaluation for approval in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval for the period necessary to complete such evaluation is hereby granted pursuant to subsection 3(2) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Verification of conformity is required in addition to this approval. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

TERMS AND CONDITIONS:

All devices installed for use in trade under authority of this approval shall be modified as may be necessary to conform to all applicable regulations and specifications.

Note: Des modèles d'appareils de la même série figurent sur l'avis d'approbation portant le même numéro. Des rapports d'essais sont requis pour rendre les appareils de cette liste à un statut d'avis d'approbation.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus est(sont) présentement l'objet d'une évaluation aux fins d'approbation conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Une approbation est accordée par la présente, pour la durée de ladite évaluation, en application du paragraphe 3(2) de ladite loi.

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Outre la présente approbation, une vérification de conformité est requise. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada.

TERMES ET CONDITIONS:

Tous les appareils installés en vertu de la présente approbation devront être modifiés comme il se doit afin de satisfaire à toutes les exigences pertinentes du Règlement et des prescriptions relatives.

TERMS AND CONDITIONS:

Prior to concluding any sale of any device of the type(s) identified herein, the seller shall make known in writing to the purchaser the following information:

- (i) that final approval is contingent on satisfactory results of in-service inspections, and
- (ii) that any non-compliance with regulations and specifications that govern approval will be corrected by the approval applicant.

The Manager of the Mass Metrology Laboratory of the Department of Consumer and Corporate Affairs at Ottawa shall be notified in writing prior to installation of each device sold, leased or otherwise disposed of for use in trade and the total number of devices installed shall not exceed ten.

Unless extension is authorized in writing by the undersigned this approval shall expire two years from date of issue.


TERMES ET CONDITIONS:

Avant de procéder à la vente de tout appareil dont le(s) type(s) est(sont) identifié(s) ci-dessus, le vendeur doit fournir par écrit à l'acheteur les renseignements suivants:

- (i) que l'approbation finale ne sera accordée que sous réserve de résultats satisfaisants obtenus lors d'inspections en service, et
- (ii) que toute dérogation au Règlement et aux prescriptions régissant l'approbation devra être corrigée par le demandeur de l'approbation.

Le gérant du Laboratoire de la métrologie des masses, Ministère de la Consommation et des Corporations à Ottawa, doit être notifié, par écrit, à l'avance de l'installation de chaque appareil vendu, loué ou cédé de quelques autres façons pour utilisation dans le commerce, et le nombre total des installations ne doit pas dépasser dix.

A moins que la prolongation soit autorisée, par écrit, par le soussigné, la présente approbation expire deux ans après la date d'émission.



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922
PROJECT/Projet: AP-ML-88-0105

DEC 13 1988