



Industry and Science
Canada
Legal Metrology

Industrie et Sciences
Canada
Métrologie légale

APPROVAL No. — N° D'APPROBATION

AV-2277

SEF - 1993

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry,
Science and Technology for:

CATEGORY OF DEVICE:

Bulk Meter

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, pour:

CATÉGORIE D'APPAREIL:

Compteur de vrac

APPLICANT / REQUÉRANT:

Rosemount Brooks Instruments
Highway 301, P.O. Box 450
Statesboro, Georgia, USA
30458

MANUFACTURER / FABRICANT:

Rosemount Brooks Instruments
Highway 301, P.O. Box 450
Statesboro, Georgia, USA
30458

MODEL(S) / MODÈLE(S):

- Item 1. 2150, 1.5 in/po
- Item 2. 2200, 2.0 in/po
- Item 3. 2250, 2.5 in/po

RATING:

- Item 1. 23 to 227 L/min
- Item 2. 45 to 475 L/min
- Item 3. 75 to 757 L/min

CLASSEMENT:

- Item 1. 23 à 227 L/min
- Item 2. 45 à 475 L/min
- Item 3. 75 à 757 L/min

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The Rosemount Brooks Model 2150, 2200, and 2250 are rotary positive displacement meters approved for use in trade for the measurement of diesel fuel and fuel oil within a viscosity range of 2 Cp to 12.5 Cp.

The operation of this meter is based on the rotating crescent principle. An internal cylinder containing two crescent shaped rotors is driven clockwise or counter-clockwise depending on the direction of flow. The rotors divide and transfer a volume of product to the output port.

The meter calibrator is a bi-directional mechanical gear assembly model 4200. Changes in output registration are made through a fine and coarse adjustment knob located within a wire sealed security cover.

The housing of this meter is constructed of heat treated aluminum. The internal wetted parts are non-ferrous with stainless steel shafts and bearings. The standard o-rings used are Buna N. Optional o-ring materials are Viton, EPR, Teflon and Kalrez.

The maximum working pressure of this meter is 1034 KPa. (150 psig)

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les appareils Rosemount Brooks, modèles 2150, 2200 et 2250 sont des compteurs volumétrique rotatif approuvés dans le commerce pour le mesurage du diesel et du mazout dont la viscosité varie entre 2 Cp et 12.5 Cp.

Le fonctionnement de ce compteur est basé sur le principe du croissant rotatif. Un cylindre interne contenant deux rotors en forme de croissant se déplace en sens horaire ou anti-horaire, selon le sens de l'écoulement. Les rotors divisent un volume de produit pour le pousser vers l'orifice de sortie.

L'étalonner du compteur est un engrenage mécanique bidirectionnel, modèle 4200. Des changements peuvent être apportés à l'indicateur de sortie à l'aide d'un bouton de réglage précis et approximatif situé sous un couvercle de sécurité scellé par fil métallique.

Le boîtier du compteur est construit en aluminium traité à chaud. Les parties mouillées internes sont en un matériau non ferreux, les arbres et les roulements étant en acier inoxydable. Les joints toriques standard utilisés sont en Buna N alors que les joints toriques facultatifs sont en Viton, EPR, Teflon et Kalrez.


La pression de service maximale de ce compteur est de 1034 kPa (150 lb/po²).

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

This meter uses a Brooks Instrument mechanical register or register/printer combination Form No. 789001.022, or any other compatible and approved mechanical or electronic register. Upstream of the meter is a close coupled SC combination air-eliminator/strainer or other effective means of air elimination.(see picture this page).

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Ce compteur utilise un indicateur mécanique de Brooks Instrument ou un combiné indicateur/imprimante n° 789001.022 ou tout autre indicateur mécanique ou électronique approuvé et compatible. Un combiné éliminateur d'air/crépine SC à accouplement serré se trouve en amont du compteur ou tout autre moyen effectif d'élimination d'air.(voir photo sur cette page).



APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry and Science Canada.



D. W. Morgan

Acting Manager,
Weights and Measures Laboratories

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciales des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquages sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie et Sciences Canada.

Date: 93-04-01

Gérant intérimaire,
Laboratoires des Poids et mesures