



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un organisme d'Industrie Canada

MAL No. - N° De LAM

MAL-V69

Date: January 28th , 2003

File number: AP-AV-02-0032

MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL) FOR Approved Measuring Devices

Type of Device

Electronic Register/Control System for Bulk Meters

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to liquid measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

Scope

The modifications described in this letter affect devices identified in the following Notice(s) of Approval:

Approval Number

AV-2276 & AV-2347

Applicant

Midwest Computer Register Corporation
Highway 65 North, Box 376
Hampton, Iowa, USA
50441

Description of Modifications

The rating for the 8000 Series registers in approval AV-2276 was in error . The correct rating for this device is 0 to 500 Hz and not 0 to 20000 Hz . The rating for the SRL302-M model register in approval AV-2347 shall read 0 to 500 Hz and not 0 to 1000 L/min .

Original signed by:

Randy Byrtus
Approvals Technical Coordinator
Fluid Measurement Discipline



Date : 28 janvier, 2003

Dossier : AP-AV-02-0032

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM) **pour** **Compteurs et appareils approuvés**

Type d'appareil

Enregistreur électronique/système de commande de compteurs de vrac

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée de l'avis d'approbation d'origine énuméré dans le présent document et de toutes ses révisions subséquentes.

Portée

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par l'avis d'approbation suivant :

Numéro d'approbation

AV-2276 et AV-2347

Requérant

Midwest Computer Register Corporation
Highway 65 North, Box 376
Hampton, Iowa, USA
50441

Description des modifications

Le classement pour les registres de la série 8000 dans l'approbation AV-2276 était en erreur. Le classement juste pour cet appareil est de 0 à 500 Hz et non de 0 à 20000 Hz . Le classement pour registre du modèle SRL302-M dans l'approbation AV-2347 lra 0 à 500 Hz et non 0 à 1000 L/min .

Copie authentique signée par:

Randy Byrtus
Coordonnateur technique d'approbations
Discipline de la mesure des fluides