



Date: December 07 , 2004

File number: AP-AV-04-0034

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
FOR
Approved Measuring Devices**

Type of Device

Register

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to liquid measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

Scope

The modifications described in this letter affect devices identified in the following Notice(s) of Approval:

Approval Number

AV-2188, AV-2368C

Applicant

Liquid Controls, Index Corporation
105 Albercht Drive
Lake Bluff, Illinois, 60044-2242
USA

Description of Modifications

The register housing can be made of die-cast aluminum with a Class 1, Division 1 or Division 2 rating. The E26* series model register is used for Division 1 and the E36* series model register is used for Division 2.

Original signed by:

John Makin
Technical Coordinator
Liquid Measurement



E26* Series Register/Enregistreur de series E26*



E36* Series Register / Enregistreur de Series E36*



Date: 7 decembre 2004

Dossier: AP-AV-04-0034

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)
pour
Compteurs et appareils approuvés

Type d'appareil

Enregistreur

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

Portée

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par l'avis d'approbation suivant:

Numéro d'approbation

AV-2188, AV-2368C

Requérant

Liquid Controls, Index Corporation
105 Albercht Drive
Lake Bluff, Illinois, 60044-2242
USA

Description des modifications

Le boîtier d'enregistreur peut être faire d'aluminium en matrice avec une classement de la Classe 1, la Division 1 ou la Division 2. L'enregistreur de modèle de series E26* est utilisé pour la Division 1 et l'enregistreur de modèle de series E36* est utilisé pour la Division 2.

Copie authentique signée par :

John Makin
Coordonnateur technique
Mesure des liquides