



JUL 12 1985

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Sangamo Type "KYW-" Combination Poly-
phase Watthour and Thermal Kilowatt
Demand Meters

Compteur mixte polyphasé d'énergie et
de puissance thermique, de marque
Sangamo, type "KYW"

Applicant: Sangamo Canada (Division of
Schlumberger Canada Limited
215 Laird Drive
Toronto, Ontario
M4G 3X1

Requérant: Sangamo Canada (Division of
Schlumberger Canada Limited
215 Laird Drive
Toronto, Ontario
M4G 3X1

Manufacturer: Sangamo Canada (Division
of Schlumberger Canada Ltd.

Fabricant: Sangamo Canada (Division of
Schlumberger Canada Limited

Description: This Notice of Approval
covers a modification to nameplates
used on meters covered by Notices of
Approval E-65-4, E-65-6 and E-65-7.

Description: Le présent avis
d'approbation apporte une modification
à la plaque signalétique utilisée sur
les compteurs visés par les avis
d'approbation E-65-4, E-65-6 et E-65-7.

The modification consists of
marking the dominant scale, which
corresponds to the response character-
istic of a majority of the thermal
units manufactured, directly on the
nameplate.

La modification consiste à marquer
directement sur la plaque signalétique
l'échelle dominante de mesure qui
correspond à la caractéristique de
réponse de la majorité des éléments
thermiques fabriqués.

Meters requiring a different scale
will have the scale screwed to the
nameplate as was formerly done, but
covering the scale marked directly on
the nameplate which will be stamped
with the word CANCELLED in red.


Dans le cas des compteurs
nécessitant une échelle différente,
l'échelle en question sera vissée à la
plaque signalétique comme avant de
façon à couvrir l'échelle marquée
directement sur la plaque qui portera
la mention ANNULÉE écrite en rouge.

.../2

- 2 -

Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations.

Approbation: L'approbation est accordée en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement.



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE NUMBER/N° de dossier:
O6565-S2-2

JUL 12 1985