



March 5, 1982

Ottawa

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

Subject:

Westinghouse Registers with register ratios of 4-17/27, 3-17/36, 2-17/54, 1-53/72 for use with meters having a Kh respectively of 2.16, 28.8, 43.2, 57.6.

The registers covered by this approval notice are the same as the registers approved by Notice of Approvals E-122, E-122-2 and E-122-4 with the same register ratios except that the single start worm on the number one shaft has been changed to a three lead worm along with the necessary changes to the register train gears. This change was made to reduce excessive backlash on

5 dial x 1 registers with very low register ratios.

Approval Granted To:

Westinghouse Canada Limited
Hamilton, Ontario

Reference: 6565-C3-10

Avis D'approbation:

Les enregistreurs Westinghouse dont les constantes de minuterie sont de 4-17/27, 3-17/36, 2-17/54, 1-53/72 et qui sont destinés à être utilisés de concert avec des compteurs dont les constantes Kh sont respectivement de 21.6, 28.8, 43.2 et 57.6.

Les enregistreurs visés par le présent avis sont identiques aux modèles approuvés en vertu des avis E-122, E-122-2 et E-122-4, les constantes de minuterie étant les mêmes, sauf que la vis sans fin à un seul filet qui entraîne l'arbre principal a été remplacée par une vis sans fin à trois filets et que les engrenages de l'enregistreur ont été modifiés en conséquence. Cette modification vise à réduire l'important recul qui se produit dans les enregistreurs à 5 cadrans à faible rapport de démultiplication.

L'Approbation est Accordée à:


Westinghouse Canada Limited
Hamilton, Ontario

Référence: 6565-C3-10

D.L. Smith, ~~Chief~~/Chief
Electricity & Gas Div./ Div. de l'électricité
et du gaz.
Legal Metrology Branch/Direction de la métrologie légale.



Westinghouse



Rr
4 $\frac{17}{27}$

K I L O W A T T H O U R S
I

