



AUG 17 1988

NOTICE OF APPROVAL - AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à l'avis d'approbation émis au nom de:

Young Utility Equipment (1979) Limited
55 Nugget Avenue
Agincourt, Ontario
M1S 3L1

ADD under "Summary Descriptions":

AJOUTER sous "Description Sommaire":

The Sentry 100C recorders may be equipped with either 8K x 8 RAM (U6 through U9) or 2K x 8 (U6 through U13). They may be equipped with either 8K x 8 EPROM (U3 and U4) or 4K x 8 (U3, U4 and U5).*

Les enregistreurs Sentry 100C peuvent être équipés d'une 8 Ko x 8 RAM (U6 à U9) ou d'une 2 Ko x 8 RAM (U6 à U13). Ils peuvent être pourvus soit d'une 8 Ko x 8 EPROM (U3 et U4) ou d'une 4 Ko x 8 EPROM (U3, U4 et U5).*

The printed circuit board may be either catalogue number C-112329 or C-112892.

La carte de circuits imprimés peut porter le numéro de catalogue C-112329 ou C-112892.

Jumpers may be either in positions 6, 7, 8 and 9 or in positions 1, 2, 3, 4, 5, 10 and 11 (for 8K x 8 EPROMS).

Les cavaliers peuvent être aux positions 6, 7, 8 et 9 ou aux positions 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 11 (dans le cas d'une 8 Ko x 8 EPROM).

RJ11 jacks, either Burndy (Part No. 60058) or AMP (Part No. 520258-2), may be mounted in either the bottom or the top of enclosure.

Les jacks RJ11, soit Burndy (Référence 60068) ou AMP (référence 520258-2), peuvent être installés sur le fond ou le dessus du boîtier.

* Memory capacity may be increased to 32K x 8 EPROM.

* La capacité de la mémoire peut être augmentée jusqu'à 32 Ko x 8 EPROM.

Signed by Morley W. Connell for

W.R. Virtue

AUG 17 1988

Chief
Legal Metrology Laboratories
PROJECT/Projet: 06565-P975

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale