



DEC 13 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Méetrologie légale, Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Electronic Pulse Recorder

Enregistreur électronique d'impulsions

APPLICANT / REQUÉRANT:

MANUFACTURER / FABRICANT:

Appalachian Technologies Corporation
P.O. Box 7303
Charlotte, North Carolina
USA 28241

Appalachian Technologies Corp.
Charlotte, North Carolina

MODEL(S) / MODÈLE(S):

RATING / CLASSEMENT:

TR-804RC

120/240/277 V(ac)/V(c.a.) ± 20%
60 Hz
2 Channel Form C/Canaux, entrées de
forme C
Or 4 Channel Form A Inputs (Basic)/ou
4 canaux, entrées de forme A (de base)

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION COMPLÈTE

