





DATE: 20-12-1996

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)  
LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)**

The following NOAs are affected by this letter:

Les Avis d'approbation suivant sont affectés par cette lettre:

E-0280

**Applicant**

**Applicant**

General Electric Canada Inc.  
1130 Blvd Charest Ouest  
Québec, Québec  
G1N 2E2

The present letter is intended to notify Legal Metrology Inspection personnel and accredited meter verifiers, and to confirm to the Applicant that the modification(s) outlined below for which notification was given by the Applicant, are not deemed to be metrologically significant in relation to the established approval provisions. Accordingly, the notification is acknowledged and the modifications are accepted as being included within the Notices of Approval listed above and all subsequent revisions thereof.

Le but de cette lettre est d'informer le personnel d'inspection de la Direction de la métrologie légale et les vérificateurs accrédités, et de confirmer à l'Applicant que la modification ou les modifications décrites ci-dessous et pour lesquelles l'Applicant nous a fait parvenir une notification ne sont pas jugées comme étant métrologiquement significatives en fonction des exigences relatives aux approbations. Conséquemment, nous accusons réception de la notification et les modifications sont considérées comme faisant parti intégrale des Avis d'approbation énoncés ci-dessus ainsi que toutes les revisions subséquentes.

**Noted non-significant modifications:**

**Modification(s) non-significative(s)**

Mechanical change to the design of the pulse initiator.

Changement mécanique dans la conception du générateur d'impulsions.

Pierre Johnson  
Approvals Technical Coordinator  
Coordonnateur en Technologie: Approbation