



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology
Branch

Direction de la
Métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Avenue Holland
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Your file *Votre référence*

Our file *Notre référence*

Telephone: (613)952-0635

File N°: 06635

Project: AP-GL-92-0050

Mr. Jan Knazko, General Mgr.
Romet Limited
1080 Matheson Blvd., East
Mississauga, Ontario
L4W 2V2

1993-03-03

Dear Mr. Knazko,

This is in response to your recent notification given in accordance with the Electricity and Gas Inspection Regulations, Section 13, regarding devices approved under Notices of Approval G-189 Rev. 5, G-197 Rev. 6, AG-0251 and AG-0316. It is noted that these devices may be modified as follows:

- The approved devices may be equipped with connectors with up to 8 pins for the purpose of interfacing with remote registers or other data collection equipment. The connectors may be located either on the exterior or inside the approved devices.

I am advised by the Gas Metrology Laboratory that their evaluation of the proposed modifications indicates that they may be regarded as immaterial in relation to the approval provisions of the Act. Accordingly, your notification is acknowledged and the modifications are accepted as being included within the above-noted approvals. All recipients of the approval notice are being informed by copy of this letter.

Yours truly,

H.L. Fraser, Chief
Electricity and Gas

cc: Approvals Mailing List

Canada



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation et
Affaires commerciales Canada

Legal Metrology
Branch

Direction de la
Métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Avenue Holland
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Your file *Voire référence*

Téléphone: (613)952-0635

Our file Notre référence

Dossier: 06635

Projet: AP-GL-92-0050

M. Jan Knazko, Gérant
Romet Limited
6688 rue Kitimat
Mississauga, Ontario
LSN 1P8

1993-03-03

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu des avis d'approbation G-189 Rev. 5, G-197 Rev. 6, AG-0251 et AG-0316, il est indiqué que ces appareils peuvent être modifiés comme suit:

- Les appareils approuvés peuvent être munis de connecteurs à 8 broches au plus afin d'assurer une interface avec des enregistreurs à distance ou tout autre matériel de collecte de données. Ces connecteurs peuvent être installés à l'extérieur ou à l'intérieur des appareils approuvés.

Après avoir étudié les modifications proposées, le Laboratoire de gaz (métrologie) me signale que ces modifications ne contreviennent en rien au dispositions de la Loi. En conséquence, les modifications sont acceptées et intégrées de facto dans les avis d'approbation susmentionnés. Tous ceux qui ont reçu l'avis d'approbation sont avisés de cette décision par une copie de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

H.L. Fraser, Chef
Électricité et Gaz

cc: Liste d'envoi des approbations