



Industry Canada
Legal Metrology Branch

Industrie Canada
Direction de la métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

Telephone: (613) 952-0635

Téléphone: (613) 952-0635

Projet: AP-GL-93-0054
Date: 1994-02-14

Mr. Ed Bons, P.Eng.
Rosemount Instruments Ltd.
808-55th Avenue, N.E.
Calgary, Alberta
T2E 6Y4

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu des avis d'approbation G-96-1, G-131, AG-0268 et AG-0269. Nous prenons note que la précision de ces appareils a été vérifiée sur la plage de températures ambiantes requise allant de -30°C à $+40^{\circ}\text{C}$ et que les appareils ont été jugés satisfaisants. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'indiquer la plage de températures ambiantes sur la plaque signalétique.

Vos modifications sont donc acceptées et intégrées de facto dans les avis d'approbation susmentionnés. Tous ceux qui ont reçu les avis d'approbation sont avisés de cette décision par une copie de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

H.L. Fraser, chef
Électricité et gaz

c.c.: Liste d'envoi des approbations