



Industry Canada  
Legal Metrology Branch

Industrie Canada  
Direction de la métrologie légale

Holland Avenue  
Ottawa, Ontario  
K1A 0G9

Avenue Holland  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0G9

Telephone: (613) 952-0835

Téléphone: (613) 952-0835

Projet: AP-GL-93-0054

Date: 1994-02-14

Mr. Ed Bons, P.Eng.  
Rosemount Instruments Ltd.  
808-55th Avenue, N.E.  
Calgary, Alberta  
T2E 6Y4

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu des avis d'approbation G-96-1, G-131, AG-0268 et AG-0269. Nous prenons note que la précision de ces appareils a été vérifiée sur la plage de températures ambiantes requise allant de -30°C à +40°C et que les appareils ont été jugés satisfaisants. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'indiquer la plage de températures ambiantes sur la plaque signalétique.

Vos modifications sont donc acceptées et intégrées de facto dans les avis d'approbation susmentionnés. Tous ceux qui ont reçu les avis d'approbation sont avisés de cette décision par une copie de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

H.L. Fraser, chef  
Électricité et gaz

c.c.: Liste d'envoi des approbations