



**Industry Canada**  
Legal Metrology Branch

**Industrie Canada**  
Direction de la métrologie légale

Holland Avenue  
Ottawa, Ontario  
K1A 0C9

Avenue Holland  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0C9

Telephone: (613) 952-0835

Téléphone: (613) 952-0835

Projet: AP-GL-93-0031  
(Remplace AP-GL-92-0055 en date du 93/03/15)  
Date: 1993-10-25

Monsieur J.A. Waring  
Dresser Canada Inc.  
6688 Kitimat Road  
Mississauga, Ontario  
L5N 1P8

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13, du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu des avis d'approbation G-26 à G-26-14, et AG-0324. Il est à noter que ces appareils doivent être modifiés comme suit:

- Les modules d'enregistrement à compensation de température peuvent maintenant être équipés d'une plaque adaptateur plombable et de vis cruciformes perforées, ce qui permet aux modules d'être installée in-situ sur des compteurs Dresser compatibles, vérifiés et scellés.
- **NOTA:** La plaque signalétique fixée aux modules d'enregistrement plombables aux fins d'interchangeabilité comprend les renseignements suivants:
  - Nom du fabricant: Dresser Industries;
  - Modèle: CT;
  - Numéro de série;
  - Numéro de pièce;
  - Plage de températures d'étalonnage;
  - Numéro d'approbation du Ministère; et
  - Température de correction.

Après avoir étudié les modifications proposées, le Laboratoire du gaz (métrologie) me signale que ces modifications ne concernent pas l'aspect métrologique des appareils. En conséquence, les modifications sont acceptées et intégrées de facto dans les avis d'approbation susmentionnés. Tous ceux qui ont reçu les avis d'approbation sont avisés de cette décision par un copie de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

H.L. Fraser, Chef  
Électricité et gaz

**Canada**

cc: Liste d'envoi des approbations