



Measurement Canada  
An agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

**AG-0489**

## NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

## AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de  
l'Industrie pour:

### TYPE OF DEVICE

Gas Chromatograph

### TYPE D'APPAREIL

Chromatographe en phase gazeuse

### APPLICANT

### REQUÉRANT

Norwest Soil Research Ltd.  
9958 - 67 Avenue  
Edmonton, Alberta  
T6E 0P5

### MANUFACTURER

### FABRICANT

Agilent Technologies, Inc.  
2850 Centerville Road  
Wilmington, Delaware  
19808-1610

### MODEL(S)/MODÈLE(S)

### RATING/ CLASSEMENT

Agilent 6890A (G1540A) Gas      20°C to/à 27°C  
Chromatograph/  
Chromatographe en phase gazeuse  
Agilent 6890A (G1540A)

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

### SUMMARY DESCRIPTION:

The Agilent 6890A (G1540A) Series Gas Chromatograph analyzes the composition of natural gas. The gas chromatograph separates the following components of natural gas:

S	oxygen
S	nitrogen
S	methane
S	carbon dioxide
S	ethane
S	propane
S	iso-butane
S	n-butane
S	iso-pentane
S	n-pentane
S	hexanes
S	heptanes
S	octanes
S	nonanes
S	decanes

The individual component concentrations are used to calculate the relative density and heating value of the sample. The detection of components is performed by a TCD (thermal conductivity detector) and a FID (flame ionization detector) which provide an output signal proportional to the concentration.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le chromatographe en phase gazeuse Agilent de la série 6890A (G1540A) analyse la composition du gaz naturel. Il sépare les éléments suivants du gaz naturel:

S	oxygène
S	azote
S	méthane
S	dioxyde de carbone
S	éthane
S	propane
S	iso-butane
S	n-butane
S	iso-pentane
S	n-pentane
S	hexanes
S	heptanes
S	octanes
S	nonanes
S	décanes

Les concentrations des composants individuels servent à calculer la densité relative et la valeur calorifique de l'échantillon. La détection des composants est effectuée à l'aide d'un détecteur de conductivité thermique et d'un détecteur à ionisation de flamme fournissant un signal de sortie proportionnel à la concentration.

Natural gas is injected into the sampling valve and is carried by the carrier gas, helium through four columns, inside the oven. The different components move through the columns at different rates, thereby allowing identification based on the retention time of each component.

The operator interface consists of a display, status board, and keyboard on the face of the gas chromatograph as well as a user interface program (Chemstation software) running on a personal computer. The Chemstation software analyses the data and displays the chromatogram. The Chemstation software version number can be viewed by selecting the Help menu and then "About" in the Chemstation software program.

A Foxpro software application entitled Analysis is used to determine calorific power and relative density, using GPA 2172 and GPA 2145 at 15°C and 101.325 kPa. The Foxpro Analysis program version is identified by date. The date can be viewed by opening the Windows Explorer application and looking beside the Foxpro Analysis program file entitled "anal\_sys.exe" located in the "c:\an\_prog" directory.

The Agilent 6890A gas chromatograph's firmware version can be viewed by powering down and then powering up again the gas chromatograph. The firmware version will appear on the screen during boot up.

Le gaz naturel est injecté dans la vanne d'échantillonnage et est transporté par le gaz vecteur, l'hélium, jusqu'au four. Les divers composants se déplacent dans les colonnes à des vitesses différentes, ce qui permet de les identifier selon leur temps de rétention.

L'interface de l'utilisateur est composée d'un afficheur, d'un tableau moniteur et d'un clavier fixés au devant du chromatographe ainsi que d'un programme (logiciel Chemstation) fonctionnant sur un ordinateur personnel. Le logiciel Chemstation analyse les données et affiche le chromatogramme correspondant. Il est possible de voir le numéro de version du programme en accédant au menu *Help*, puis *About*.

Une application logicielle Foxpro intitulée Analyse sert à déterminer le pouvoir calorifique et la densité relative à l'aide des normes GPA 2172 et GPA 2145 à 15 °C et 101.325 kPa. La version du programme d'analyse Foxpro est identifiée par date. La date peut être visionnée à l'ouverture de l'application Windows Explorer, à côté du dossier du programme d'analyse Foxpro intitulé «anal\_sys.exe» se trouvant dans le répertoire «c:\an\_prog».

La version du microprogramme du chromatographe en phase gazeuse Agilent 6890A peut être visionnée en mettant le chromatographe hors tension puis en le remettant sous tension. La version du microprogramme apparaît à l'écran lors de la réinitialisation.

**SPECIFICATIONS**

Power Requirements: 120 VAC + 5% or - 10% @  
47.5 to 63 Hz

Detector Type: thermal conductivity, flame  
ionization

Ambient  
Temp. Range: 20°C to 27°C

Oven  
Temp. Range: - 80°C to 450°C

Column 1: 6' x 1/8" - 35% DC200/500  
on Chromosorb P/AW  
- 80/100 Back Flush Packed

Column 2: 6' x 1/8" - Haysep Q - 80/100  
Packed

Column 3: 10' x 1/8" - Mole Sieve  
Packed 13X60/80

Column 4: HP1 x 1.0 Om film - 60m x  
250 Om ID Capillary

Carrier Gas: Helium

Gas Chromatograph  
Firmware: HP 6890 Plus GC A.03.07

Software: GC Chemstation Software,  
Rev. A.08.03 [847]

Foxpro, Analysis Software,  
March 29, 2001

**CARACTÉRISTIQUES**

Alimentation requise: 120 V c.a. + 5 % ou - 10% @  
47.5 à 63 Hz

Type de détecteur : conductivité thermique,  
ionisation de flamme

Plage de  
températures ambiantes: de 20°C à 27°C

Plage de températures du four: - 80°C à 450°C

Colonne 1: 6 pi x 1/8 po - 35 % de DC200/500 sur  
Chromosorb P/AW ( 80/100 ) remplie par contre-  
balayage

Colonne 2: 6 pi x 1/8 po - Haysep Q - 80/100,  
remplie

Colonne 3: 10 pi x 1/8 po - remplie de tamis  
moléculaire 3X60/80

Colonne 4: capillaire, 60m x 250 Om DI, film de  
1.0 Om x HP1

Gaz vecteur: Hélium

Microprogramme:  
HP 6890 Plus GC A.03.07  
du chromatographe en phase gazeuse

Logiciel: GC Chemstation Software,  
Rév. A.08.03 [847]

Foxpro, logiciel d'analyse  
29 mars 2001

**MARKING REQUIREMENTS**

Marking shall be in accordance with Section 3.5 and  
20-3.1 of LMB-EG-08.

**MARQUAGE**

Le marquage doit être conforme aux exigences des  
articles 3.5 et 20-3.1 du document LMB-EG-08.

**EVALUATED BY**

Judy Farwick  
Complex Approvals Examiner  
Tel: (613) 946-8185  
Fax: (613) 952-1754

**ÉVALUÉ PAR**

Judy Farwick  
Examinateuse des approbations complexes  
Tél: (613) 946-8185  
Fax: (613) 952-1754



**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng  
Director  
Approval Services Laboratory

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.  
Directeur  
Laboratoire des services d'approbation

Date: **MAY 30 2001**

Web Site Address / Adresse du site internet:  
<http://mc.ic.gc.ca>