



Industry Industrie

Canada Canada
Measurement Mesures

Canada Canada

NUMÉRO DE LAM

MAL-G23

Date: 23 juillet 1997

LETTRÉ D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)

pour Des Compteurs et Appareils Approuvés

Type d'Appareil

Compteur volumétrique de gaz naturel à membrane

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications approuvées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

Portée

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par les avis d'approbation suivants:

Numéro d'Approbation

G-0032, G-0037, G-0053, G-0078, G-0088, AG-0292, AG-0303, AG-0310, AG-0316, AG-0373

Requérant

Equimeter Inc.
DuBois, Pennsylvania

Descriptions des Modifications

Tous les compteurs approuvés sous les avis d'approbation susmentionnés, sauf ceux approuvés sous AG-0310 et AG-0316, peuvent être équipés avec des joints de 0.062" d'épaisseurs entre le corps et le couvercle du compteur au lieu du joint de 0.047" d'épaisseur qui est utilisé présentement.

Tous les compteurs approuvés sous les avis d'approbation susmentionnés peuvent aussi être équipés avec un joint de boîte d'index ayant une épaisseur de 0.062" au lieu de ceux de 0.047." Cependant, lorsque les compteurs sont utilisés avec des appareils AMR, seulement les joints de 0.047" d'épaisseur sont utilisés.

Randy M. Byrtus
Approvals Technical Coordinator
Fluid Measurement Discipline

