



**Modification Acceptance Letter
(MAL)
for Approved Meters and Devices**

**Lettre d'acceptation de modification
(LAM)
pour les compteurs et appareils
approuvés**

The purpose of this letter is to convey details of modifications to meters and devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notice(s) of Approval.

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs et appareil dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

The modifications described in this letter affect meters identified in the following Notices of Approval:

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par les avis d'approbation suivants :

Approval Numbers / Numéros d'approbation

AG-0595 Rev. 5 / AG-0595 Rév. 5
AG-0615 Rev. 4 / AG-0615 Rév. 4

Type of Device

Gas Chromatograph

Type d'appareil

Chromatographe en phase gazeuse

Applicant / Requérant

Rosemount Inc.
200-10241 West Little York Rd.
Houston TX
77040
United States of America

Description of Modifications

The following firmware versions are hereby approved:

Description des modifications

Les versions suivantes du microprogramme sont approuvées:

370XA		700XA		
v. 4.0.0	v. 4.1.2	v. 3.0.2	v. 4.0.1	v. 4.1.3
v. 4.0.1	v. 4.1.3	v. 3.0.3	v. 4.1.0	v. 4.1.4
v. 4.1.0	v. 4.1.4	v. 3.5.0	v. 4.1.1	v. 4.1.5
v. 4.1.1	v. 4.1.5	v. 4.0.0	v. 4.1.2	



The following replacement CPU board is hereby approved:

- 7A00555 CPU board

These changes are non-metrological in nature.

La carte CPU de remplacement suivante est approuvée par la présente:

- 7A00555 Carte CPU

Ces changements sont de nature non métrologique.

Photographs and Drawings



Photos et Dessins



Signature and Date

Signature et Date

Original copy signed by:

Andrew Cowan
Manager (acting), Gas Measurement,
Engineering and Laboratory Services Directorate,
Measurement Canada

Date : 2022-11-02

Copie authentique signé par:

Andrew Cowan
Gestionnaire (par interim), Mesures des gaz,
Direction de l'Ingénierie et Services de Laboratoire,
Mesures Canada

Date: 02-11-2022

Website Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>